



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
СРБИЈЕ**  
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

---

ДАТУМ: 06.02.2020.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Услуге одржавања - ангио сале, произвођача Siemens**

**Број јавне набавке Т46/2020**

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на Захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

**Питање:**

1. На страни 13 од 40 конкурсне документације у тачки 4 и на страни 28 од 40 у тачки 4.4 предлажемо да се напише следеће:  
Напомена: За Ангио сале dFC и dFA (50011, 50008, 50156, 35091, 37714) су истекле обавезе произвођача за расположивост резервних делова. У случају да извршилац не буде у могућности да испоручи резервни део уговор престаје да важи за апарат за који је немогуће испоручити део. Извршилац је у обавези да то докаже оригиналном изјавом произвођача опреме о немогућности испоруке конкретног резервног дела. Исто се односи на радне станице Leonardo MMWP (10854, 10851) и системе за хемодинамику Recor (2200), Aksiom Sensis (2358, 2128).
2. На страни 20 од 40 тендерске документације у тачки 8 предлажемо да се дода следеће: минимално 2 (два) запослена радника техничке струке, са важећим сертификатом произвођача за одржавање предметне опреме (опрема из прилога 7)

**Одговор:**

1. Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

**Клинички центар Србије  
КОМИСИЈА**