



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, Пастерова 2
СРБИЈА

Датум: 06.04.2020. год.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Услуге одржавања - магнетна резонанца, произвођача Siemens , број јавне набавке: T156/2020, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Клиничког центра Србије дана 27.03.2020. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

„ На страни 12 од 43 конкурсне документације у таčki 4 I на страни 25 од 43 у таčki 4.4 предлажемо да се напише следеће:

Уколико понуђач не изврши своју уговорну обавезу, која се односи на функционалност апарата у вредности од 95% аптајма, санкција би се израчунавала на следећи начин:

- од 95% до 90% реализованог аптајма, за апарат који није постигао функционалност важење уговора се продужава за још 30 дана без права понуђача да то продужење и додатно наплати за предметни апарат;
- од 90% до 85% реализованог аптајма, за апарат који није постигао функционалност важење уговора се продужава за још 45 дана без права понуђача да то продужење и додатно наплати за предметни апарат;
- у случају да само један апарат оствари аптајм испод 85%, уговор се раскида и реализује се банкарска гаранција за добро извршење посла у износу предвиђеном само за тај апарат.

ОДГОВОР:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са питањем.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ