



---

## КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

---

ДАТУМ: 16.04.2020.

### СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуге одржавања - РТГ апарати, произвођача Philips  
Број јавне набавке Т166/2020

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на Захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

#### Питање:

Poštovani,

analizom konkursne dokumentacije za javnu nabavku održavanje rendgen aparata PHILIPS T 166/2020, ustanovili smo da su nam potrebna dodatna pojašnjenja.

1. S obzirom da proizvođač PHILIPS daje garanciju na standardne originalne rezervne delove u trajanju od 3 meseca i 12 meseci na rendgenske cevi, da li je za vas kao naručioca prihvatljivo da garantni rok na ugrađene rezervne delove bude prenosiva proizvođačka garancija sa minimalnim trajanjem od 3 meseca.
2. Uređaji koji su predmet servisa u javnoj nabavci su dostigli "end od life" status i proizvođač ne može garantovati dostupnost svih rezervnih delova tokom trajanja ugovora a takođe ni za lager istih. Te vas molimo da izmenite konkursnu dokumentaciju u skladu sa tim. Odnosno da izbacite iz tenderskog zahteva izjavu koja se odnosi na obavezan lager kao i tražene lager količine u cenovnicima rezervnih delova.
3. U obrascu broj 8 naveli ste "UZV aparata proizvođača GE" , molimo vas da ispravite naziv proizvođača i naziv opreme u skladu sa predmetom tendera.

#### Одговор:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са питањем.
2. Наручилац остаје при свом захтеву.
3. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са примедбом.