



---

## КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

---

ДАТУМ: 24.04.2020.

### СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуге одржавања - РТГ апарати, произвођача Philips  
Број јавне набавке Т166/2020

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на Захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

#### Питање:

Poštovani,  
analizom konkursne dokumentacije za javnu nabavku održavanje rendgen aparata PHILIPS T 166/2020, ustanovili smo da su nam potrebna dodatna pojašnjenja.

Uređaji koji su predmet servisa u javnoj nabavci su dostigli "end od life" status i proizvođač ne može garantovati dostupnost svih rezervnih delova tokom trajanja ugovora a takođe ni za lager istih.

Te vas molimo da izmenite konkursnu dokumentaciju u skladu sa tim,

odnosno da u dokumentaciji naznačite da je za predmetne uređaje prestala obaveza proizvođača da obezbeđuje rezervne delove

pa će se nabavka istih po zaključenom ugovoru vršiti u skladu sa trenutnom dostupnosti dela kada se ukaže potreba za njegovu zamenu.

Molimo Vas da potvrdite prijem mejla.

#### Одговор:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са примедбом.