



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2  
СРБИЈА

---

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку  
**Услуге одржавања - медицинске  
опреме, произвођача Drager Medical**

редни број јавне набавке за текућу годину  
Т286/2020

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 29/13, 104/13) конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**  
Адреса: **Пастерова бр. 2, 11000 Београд**  
Лице овлашћено за потписивање уговора: **Проф. др Милика Ашанин**  
Интернет страница наручиоца: **www.kcs.ac.rs**  
Врста поступка: **Отворени поступак**  
Број јавне набавке: **T286/2020**  
Предмет набавке (добра, услуге, радови): **услуге**  
Поступак се спроводи ради: **Закључења уговора о јавној набавци**  
Служба: **Јавне набавке**  
Лице за контакт : **Бранислава Бањевић**  
Електронска адреса: **brana.banjevic.kcs@gmail.com**

### 1. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

**Услуге одржавања - медицинске опреме, произвођача Drager Medical 50421000 – Услуге поправке и одржавања медицинске опреме**  
**Процењена вредност: 7.000.000,00 динара без ПДВ-а**

Јавна набавка није обликована по партијама

### 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – Прилог бр. 2
2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Прилог бр. 3
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ,76. И 77 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – Прилог бр. 4
4. ОБРАСЦИ ИЗЈАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ– Прилог бр. 5
5. МОДЕЛ УГОВОРА – Прилог бр.6
6. ВРСТА, ОПИС ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КВАЛИТЕТА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ –Прилог бр. 7
7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ– Прилог бр. 8
8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА – Прилог бр.9
9. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) – Прилог бр. 10+модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције.
10. ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Прилог бр.11

## УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. **ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА** („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗАКОН) и на основу члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 29/13 и 104/13 године, у даљем тексту ПРАВИЛНИК).

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији.

**Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде.**

**1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена**

- ❖ Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
- ❖ Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику.
- ❖ Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

**2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део**

- ❖ Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА.
- ❖ Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава **читко, јасно и недвосмислено:**

Прилог бр.1 – Општи подаци о јавној набавци – **Понуђач не попуњава**

Прилог бр. 2 – Упутство понуђачима како да сачине понуду – **Понуђач не попуњава**

Прилог бр.3 – Образац понуде – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке, (елементе) из обрасца понуде за партије које нуди понуђач мора да попуни, а само последњу страну прилога потписује овлашћено лице понуђача, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно попуњен и потписан понуда може бити одбијена као **неприхватљива**. Понуду може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7. овог упутства.

Прилог бр.4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – **Понуђач попуњава** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а исти потписује овлашћено лице понуђача.

Прилог бр.5/1 – Образац изјаве о независној понуди – Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима – **Понуђач попуњава** и исти потписује овлашћено лице понуђача.

Прилог бр. 5/2 – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона – **Понуђач попуњава**, и исти потписује овлашћено лице понуђача.

Прилог бр.6 – Модел уговора о јавној набавци – Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, И ИСТИ ПОТПИСУЈЕ ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА – **Понуђач попуњава**

Прилог бр.7 – Техничке карактеристике – **Понуђач не попуњава**.

Прилог бр.8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке. Наведени прилог мора да буде потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

Прилог бр.9 – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни – **Понуђач попуњава** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и исти потписује овлашћено лице понуђача.

Прилог бр.10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 23. овог упутства. Понуђач попуњава и исти потписује овлашћено лице понуђача.

Прилог бр.11 – Одлука Комисије о утврђивању критеријума, односно начина за доделу уговора – **Понуђач не попуњава.**

**3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено**

Понуде са варијантама нису дозвољене.

**4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона о јавним набавкама**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писаним обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом поштом, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће, по потреби, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и (не)најављену контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом.

Наручилац ће у складу са Законом о јавним набавкама, а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда**

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у оквиру исте партије у случају да је предмет јавне набавке обликован у више партија.

**6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања пренесе директно подизвођачу**

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9 и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност добављача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

**7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке**

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

**8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока (уколико је исти предвиђен конкурсном документацијом), као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде**

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

**9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;**

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без ПДВ-а.

- ❖ На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди исказе у једној страни валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.
- ❖ Захтев Наручиоца да се вредност исказе и у једној страни валути, **ако га има**, наведен је у **обрасцу понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.
- ❖ **Образац понуде – Прилог бр. 3** конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.
- ❖ Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92. Закона.

**10) Подаци о обавезним условима за учешће у поступку јавне набавке:**

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује се достављањем следећих доказа:

- 1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван занеко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
- 4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације.

Доказ из става 1. тачке 2) и 4) члана 77. Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

**11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац**

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

**12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче**

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

**13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона**

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

**14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача**

Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**15) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене**

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а понуђач буде изабран као најповољнији у предметној јавној набавци наручилац ће захтевати додатно финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене цене.

**16) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за**

**доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума (прилог бр. 11. конкурсне документације).

**17) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом**

У случају да постоји 2 или више понуђача који су понудили исту цену одлука ће се донети на основу резервног критеријума, односно начина утврђеног у прилогу бр. 11. конкурсне документације.

**18) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

**19) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач**

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

**20) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом**

- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
- ❖ Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
- ❖ Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
- ❖ Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- ❖ Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- ❖ После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
- ❖ Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- ❖ Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- ❖ О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- ❖ У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре

доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.

- ❖ Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
- ❖ Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
- ❖ Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је јавна набавка обликована по партијама; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.
- ❖ Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке и потписана од стране овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије.

**21) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити достављен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет дана од дана пријема Одлуке о додели уговора.

**22) Подаци о обавезној садржини понуде**

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда.

**23) Средства финансијског обезбеђења**

23.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају:

ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од процењене вредности уговора без ПДВ-а (вредност се налази у моделу Уговора) , са роком важења не краћим од 30 дана од дана истека рока важности понуде.

**23.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде**

23.2.1. ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде. Вредност уговора дата је у прилогу бр. 6 – МОДЕЛ УГОВОРА.

23.2.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће наплаћена:

- ❖ ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуда или,
- ❖ у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.

23.2.3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми:

- ❖ банкарске гаранције која мора бити безусловна и на први позив платива



или

- ❖ бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа. Достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације,
- ❖ **Уколико понуђачи као финансијску гаранцију за озбиљност понуде доставе бланко меницу, потребно је да у оквиру своје понуде доставе фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке који мора бити потписан од стране овлашћеног лица банке после дана објављивања позива за подношење понуда.**

- 23.2.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.
- 23.2.5. Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека важности понуде.
- 23.2.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла.

### **23.3. Финансијска гаранција за добро извршење посла**

- 23.3.1. Изабрани понуђач је дужан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора, приликом потписивања уговора, наручиоцу достави финансијску гаранцију **ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА** у виду **РЕГИСТРОВАНЕ МЕНИЦЕ** код НБС, са попуњеним и потписаним од стране овлашћеног лица банке, меничним овлашћењем које мора бити сачињено на меморандуму понуђача, а према моделу који достављамо у прилогу ове конкурсне документације, у висини од 10% од вредности уговора. Меницу и менично овлашћење мора да прати и картон депонованих потписа. Менично овлашћење мора садржати клаузулу да важи најмање 10 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
- 23.3.2. Уколико првобитно достављена финансијска гаранција (меница) буде активирана, понуђач је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана активирања достави нову бланко меницу са меничним овлашћењем које мора бити попуњено, потписан од стране овлашћеног лица, сачињено на меморандуму извршиоца услуга, у висини од 5%, односно 10% од вредности нереализованог дела уговора без обрачунатог ПДВ-а, а сходно члану 129. став 3. Закона о облигационим односима („Сл. лист“ СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, - Одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља).
- 23.3.3. Ако у току трајања уговора дође до истека рока важења достављене финансијске гаранције за добро извршења посла, добављач је у обавези да изврши продужење исте. Уколико добављач не изврши продужење финансијске гаранције за добро извршење посла уговор престаје да производи правна дејства.
- 23.3.4. Наручилац ће приложени финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:
- ❖ у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
  - ❖ у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача,
  - ❖ у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који начин.

### **23.4. Финансијска гаранција за отклањање грешака у гарантном року**

- 23.4.1 Изабрани понуђач је дужан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора, приликом потписивања уговора, наручиоцу достави финансијску гаранцију **ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ** са попуњеним и потписаним меничним овлашћењем које мора бити сачињено на меморандуму понуђача, а према моделу који достављамо у прилогу ове конкурсне документације, у висини од у висини од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ, и роком важења 5 дана дужем од дана истека гарантног рока. Ова финансијска гаранција може бити у **форми регистроване соло менице.**

### **23.5. Финансијска гаранција у сврху наплате уговорне казне**

Поред достављених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року, изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави и бланко **РЕГИСТРОВАНУ МЕНИЦУ** код НБС, са попуњеним и потписаним меничним овлашћењем од стране овлашћеног лица које мора бити сачињено на меморандуму понуђача, у висини од 5% уговорене вредности набавке без обрачунатог ПДВ-а, која ће бити активирана у сврху наплате уговорне казне.

Меницу и менично овлашћење мора да прати и картон депонованих потписа (картон депонованих потписа мора бити потписан од овлашћеног лица од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда). Менично овлашћење мора садржати клаузулу да важи најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

23.6 ИЗЈАВЕ О ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА којима ће, као изабрани понуђач обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 12. Правилника.( прилог бр.10)

- ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА,
- ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ,
- У СВРХУ НАПЛАТЕ УГОВОРНЕ КАЗНЕ.

23.7 Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 23. овог Упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поново распише позив за подношење понуда.

**24) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија**

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

**25) Рок важења понуде**

Рок важења понуде одређује понуђач и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику.

**26) Рок у коме ће понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци приступити закључењу уговора**

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор са наручиоцем, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

**27) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

**28) Трошкови**

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**29) Преузимање конкурсне документације**

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације.

**30) Паковање и достављање понуде**

*Конкурсна документација за јавну набавку услуга – Услуге одржавања - медицинске опреме, произвођача Drager Medical  
број: T286/2020*

❖ Сви документи поднети у понуди, изузев менице, меничног овлашћења и картона депонованих потписа, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- ❖ Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.
- ❖ На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
- ❖ Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном доставом на адресу:

**Клинички центар Србије,  
Одсек административно-техничких послова, /архива/  
за ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Београд, Пастерова број 2**

са назнаком:

**„Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: Т286/2020**

**Услуге одржавања - медицинске опреме, произвођача Drager Medical – не отварати**

**31) Јавно отварање понуда**

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у великој сали управне зграде КЦС, Пастерова 2, 11000 Београд.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника.

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

**32) Интегритет поступка**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

**33) Одлука о додели уговора**

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том случају, одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.

**НАРУЧИЛАЦ  
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

Ponudač: \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_  
 Broj: \_\_\_\_\_  
 (popunjava ponudač)

**PREDMET: Ponuda za usluge održavanja - medicinska oprema proizvođača Drager Medical**

**1) Usluge tekućeg održavanja i popravki (po pozivu)**

- Cena radnog sata \_\_\_\_\_ (dinara bez pdv-a).

Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponudač daje obavezno uključuju sve troškove: transporta (opreme, uređaja i ljudstva), defektažu, demontažu, servisne aktivnosti, montažu, probu i puštanje u rad.

**2) Servisne intervencije:**

Redni broj	Vrsta intervencije	Broj radnih sati	Cena (din.bez PDV-a) broj radnih sati x cena servisnog sata
1	2	3	4
<b>Aparati za anesteziju</b>			
1	Zamena displeja		
2	Zamena APL ventila		
3	Zamena redukcionih ventila		
4	Zamena ploča aktuatora		
5	Zamena ploča kontrolera		
6	Zamena kablovske grupe senzora protoka		
7	Zamena PEEP ventila		
8	Zamena seta dihtunga		
<b>Respiratori</b>			
1	Zamena PEEP ventila		
2	Zamena matične ploče		
3	Zamena kontrolne ploče pneumat.ventila		
4	Zamena grafičkog kontrolera		
5	Zamena displeja		
6	Zamena O-ring zaptivača		
7	Zamena TSI senzora		
8	Zamena filtarske grupe		
9	Zamena internih baterija		
10	Zamena kiseoničkog senzora		
<b>Inkubatori</b>			
1	Zamena motora		
2	Zamena senzorskog modula		
3	Zamena displeja		
4	Zamena matične ploče		
<b>Stolovi za reanimaciju</b>			
1	Zamena grejača		
<b>Monitori</b>			
1	Zamena ECG modula		

2	Zamena displeja		
3	Zamena pozadinskog svetla		
4	Zamena rotirajućeg preklopnika		
5	Zamena matične ploče		
6	Zamena prednjeg panela		
7	Zamena ILCA senzora		
8	Zamena O-ring zaptivača		
9	Priprema za overavanje (etilometar)		
10	Zamena baterije (bilirubinometar)		
<b>Operacione lampe</b>			
1	Podešavanje fokusne grupe		
2	Zamena napajanja		
3	Zamena folije za tastaturu		
<b>Aspiratori</b>			
1	Zamena usisne pumpe		
2	Zamena raspršivača-ovlaživača		
3	Čišćenje glave trajne drenaže		
4	Zamena manometra		

**Ukupno 2:**

--

**Uputstvo:** U cenu servisne intervencije je uključen samo rad.

### 3) Cene rezervnih delova:

Kompletan izvod iz cenovnika za rezervne delove koji mogu doći u obzir za zamenu treba da bude priložen u elektronskom obliku uz ponudu.

Red ni broj	Kataloški broj	Naziv proizvoda	Model aparata	Jed. Mere	Cena po jedinici mere din. bez PDV-a	Garantni rok	Obavezan lager
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Aparati za anesteziju</b>							
1	2600150	Uložak ventila	Fabius CE	kom			
2	2600650	Membrana	Fabius CE	kom			1
3	8302841	Crevo za pritisak	Fabius CE	kom			1
4	U04314	Dihtung	Fabius CE	kom			1
5	M23225	Ventil pločica	Fabius CE	kom			2
6	8410929	Crevo za merenje protoka/2 kom	Fabius CE	kom			1
7	8402868	Bakterijski filter	Fabius CE	kom			1
8	M19238	Uložak ventila-sito	Fabius CE	kom			5
9	8410181	Membrana	Fabius CE	kom			1
10	M19241	Dihtung	Fabius CE	kom			5
11	M31188	Disk ventila	Fabius CE	kom			1
12	8407979	Podloška	Fabius CE	kom			1
13	2600457	APL ventil	Fabius CE	kom			
14	2600569	Damper jedinica	Fabius CE	kom			
15	2600573	Peep ventil	Fabius CE	kom			
16	2600670	Sigurnosni ventil	Fabius CE	kom			
17	2600680	Sigurnosni ventil	Fabius CE	kom			
18	2600713	Pumpa	Fabius CE	kom			
19	2600741	Kružni sistem za disanje	Fabius CE	kom			
20	2600771	Prozor	Fabius CE	kom			
21	2600909	Softwer 04.00 Fabius	Fabius CE	kom			

22	2600911	PCB štampana ploča	Fabius CE	kom			1
23	2607003	Pozadinsko svetlo ekrana	Fabius CE	kom			
24	8201951	Štampana ploča	Fabius CE	kom			
25	MX08899	Set baterija	Fabius CE	kom			
26	8202081	Štampana ploča	Fabius CE	kom			
27	2M85034	Prigušivač zvuka	Fabius CE	kom			
28	M21683	Sigurnosni ventil	Fabius CE	kom			
29	2600651	Membrana	Fabius CE	kom			
30	8604831	Dihtung105x4	Fabius CE	kom			
31	M16497	Membrana	Fabius CE	kom			
32	8301856	NiCd akumulator 9V100mAh	Fabius CE	kom			
33	8404065	Gasket	Fabius CE	kom			
35	8201971	Štampana ploča za napajanje	Fabius CE	kom			1
36	M25073	Pištaljka	Fabius CE	kom			
37	2600477	Dihtung	Fabius CE /Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			
38	8402745	Regulator pritiska	Fabius CE /Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			3
39	8402868	Bakterijski filter	Fabius CE	kom			
40	8407797	Plate	Fabius CE /Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			
41	8407979	Podloška	Fabius CE /Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			
42	8410181	Membrana	Fabius CE /Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			
43	8603695	Sigurnosni kontrolni ventil	Fabius CE	kom			
44	8603780	Membrana	Fabius CE /Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			
45	8603781	Šajbna za dihtovanje	Fabius /Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			
46	8604105	Ventil pločica	Fabius /Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			
47	8604228	Motor sa osovinom	Fabius CE	kom			
48	8604344	Plastični poklopac	Fabius /Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			
49	8604607	Modul mrežnog pretvarača	Fabius /Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			
50	8608711	Štampana ploča	Fabius CE /Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			
51	8607054	PEEP crevo	Fabius /Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			
52	8607055	PEEP crevo	Fabius /Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			
53	8607102	display, complete 6,5	Fabius /Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			
54	8608578	RS 6,5* display intl. 5,7 to 6,5	Fabius /Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			
55	M09230	Kapa ekspiracionog ventila	Fabius CE/Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			
56	M09231	Dihtung	Fabius CE/Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			
57	M09361	Dihtung	Fabius /Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			
58	M19238	Uložak ventila-sito	Fabius CE/Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			
59	M19241	Dihtung	Fabius CE	kom			
60	M21482	CAP	Fabius CE	kom			
61	M23225	Ventil pločica	Fabius CE /Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			
62	M30946	Ugaona konekcija	Fabius CE	kom			
63	M31188	Disk ventila	Fabius CE	kom			
64	M31774	2/2-Nepovratni ventil	Fabius CE	kom			
65	M32773	Sigurnosni ventil	Fabius CE /plus	kom			
66	M32940	Blok za regulaciju protoka gasa	Fabius CE /Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			
67	MK00625	APL ventil	Fabius /Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			
68	U04314	Dihtung	Fabius CE /Tiro/GS/GSp premium/plus/MRI	kom			
69	1328689	Vijak AM3X10	ZEUS IE	kom			
70	1346679	Šraf. F.KUNSTST. 3X8 TORX	ZEUS IE	kom			
71	1831887	Sensor pritiska 100 MBAR	ZEUS IE	kom			1
72	1835343	Litijum baterija 3V/1400	ZEUS IE	kom			
73	1843060	Sensor +-4MBAR	ZEUS IE	kom			
74	6872150	PIA	ZEUS IE/Primus IE	kom			
75	6872169	Sample line GMZ	ZEUS IE/Primus IE	kom			
76	6872194	Distanzstueck GMZ	ZEUS IE/Primus IE	kom			
77	6872360	ILCA3 Dual	ZEUS IE/Primus IE	kom			1
78	6872546	Heat conductive pad	ZEUS IE/Primus IE	kom			
79	6872555	Kabl set 6pol FloPo-PIA	ZEUS IE/Primus IE	kom			
80	6872556	Kabl set 8pol FloPo-ILCA3	ZEUS IE/Primus IE	kom			

81	6872560	ILCA3 Single	ZEUS IE/Primus IE	kom			1
82	MK00625	APL ventil	ZEUS IE	kom			
83	MK01051	PCB Valve Control	ZEUS IE	kom			
84	MK01101	PCB Pressure/Flow, Zeus	ZEUS IE	kom			
85	MK01171	PCB Interconnection	ZEUS IE	kom			
86	MK01740	Drain module	ZEUS IE	kom			
87	MK01860	AGS valve	ZEUS IE	kom			
88	MK02041	PCB IR-Interface	ZEUS IE	kom			
89	MK02406	Sigurnosni ventil	ZEUS IE	kom			
90	MK02411	Socket	ZEUS IE	kom			
91	MK02416	Temperaturna merna račva	ZEUS IE	kom			
92	MX08233	Ventil	ZEUS IE	kom			
93	R50313	O-RING	ZEUS IE	kom			
94	6870840	Glava senzora ILCA2	Primus	kom			
95	6871000	PATO O2 senzor	Primus	kom			
96	8603695	Sigurnosni kontrolni ventil	Primus	kom			1
97	8603857	Ploča sa grejačem	Primus	kom			
98	8603868	Ugaoni nastavak za creva	Primus	kom			
99	8605025	Plastični poklopac sa ventilom	Primus	kom			
100	8605038	Transformator	Primus	kom			1
101	8605314	Senzor pritiska PAW Primus/Evi	Primus	kom			
102	8605885	Senzor pritiska 100 mbar	Primus	kom			
103	8607211	Motor za ventilaciju	Primus	kom			1
104	2M08777	Dihtung	Primus	kom			
105	M20622	Dihtung	Primus	kom			
106	R52382	O-RING SEAL	Primus	kom			
107	MP02001	Modul M21	Perseus A500	kom			
108	6872360	ILCA3 Dual	Perseus A500	kom			1
109	6872556	Kabl set 8pol FloPo-ILCA3	Perseus A500	kom			
110	2600573	Peep ventil	Perseus A500	kom			
111	8419633	pba Ther.Contr.Unit M16.2	Perseus A500	kom			
112	MK09038	Nivelaciona ručica	Perseus A500	kom			
113	1875744	CF-kartica 256MB FAT RoHS	Perseus A500	kom			
114	6872150	PIA	Perseus A500	kom			
115	6872555	Kabl set 6pol FloPo-PIA	Perseus A500	kom			
116	6872490	Flow-Power	Perseus A500	kom			
117	6870024	KAPPE	Perseus A500	kom			
118	6873493	Sample gas pump 200mL/min	Perseus A500	kom			
119	1347330	Šraf ISO 14580-M3x4-A2 TORX	Perseus A500	kom			
120	6871787	PU cev 1,6, natural	Perseus A500	kom			
121	6872660	MMS A500-Kabl	Perseus A500	kom			
122	6872495	PUMP Mount	Perseus A500	kom			
123	8600512	SOCKET	Perseus A500	kom			
124	6873496	Komplet fittinga za creva	Perseus A500	kom			
125	MK08634	Set baterija	Perseus A500	kom			

## R e s p i r a t o r i

1	1841416	Baterija 3,5Ah	Evita 2 Dura/4/XL	kom			
2	1843303	Baterija 12V/17AH	Evita 2 Dura/4/XL	kom			
3	1865870	Senzor pritiska 120mbar	Evita 2 Dura/4/XL	kom			
4	8306248	Senzor	Evita 2 Dura/4/XL	kom			
5	8306560	Ventilator	Evita 2 Dura/4/XL	kom			
6	8306561	Štampana ploča	Evita 2 Dura/4/XL	kom			
7	8306565	Rotirajući električni taster	Evita 2 Dura/4/XL	kom			
8	8407265	Mikroprekidac	Evita 2 Dura/4/XL	kom			
9	8408205	Prekidac	Evita 2 Dura/4/XL	kom			
10	8410717	PEEP Ventil	Evita 2 Dura/4/XL	kom			
11	8412126	Ventil O2	Evita 2 Dura/4/XL	kom			
12	8412128	Ventil AIR	Evita 2 Dura/4/XL	kom			

13	8412209	MICRO-ELECTROVALVE	Evita 2 Dura/4/XL	kom			
14	8412993	Magnetni ventil	Evita 2 Dura/4/XL	kom			
15	8414178	Gumena membrana	Evita 2 Dura/4/XL	kom			
16	8414825	Metalni ram sa kontaktima Displej	Evita 2 Dura/4/XL	kom			
17	8415127	Filter cestica	Evita 2 Dura/4/XL	kom			
18	8415709	Kabl spirolog senzora	Evita 2 Dura/4/XL	kom			1
19	M20622	Dihlung	Evita 2 Dura/4/XL	kom			
20	1865889	Senzor pritiska 120mbar	Savina	kom			
21	2600573	Peep ventil	Savina	kom			1
22	6737545	Mikrofilter	Savina	kom			
23	8202081	Štampana ploča	Savina	kom			
24	8350471	Stampana ploca za Savinu	Savina	kom			
25	8351201	PCB O2-DIAPHRAGM	Savina	kom			
26	8410181	Membrana	Savina	kom			
27	8410383	Plasticna rucica za stezanje n	Savina	kom			
28	8413579	TSI-sensor	Savina	kom			
29	8413603	Ventil	Savina	kom			
30	8413609	Prekidač	Savina	kom			
31	8413622	Kabl O2-merni modul	Savina	kom			
32	8413625	RADIAL FAN	Savina	kom			
33	8413643	Motor	Savina	kom			
34	8413650	Inspiracioni blok	Savina	kom			
35	8413700	Spojni kabl	Savina	kom			
36	8414028	Kabl Spirolog senzora	Savina	kom			
37	8414080	Držač senzora protoka	Savina	kom			
38	8419935	Kolor displej konverzija za BW	Savina	kom			
39	M33729	PACKING RING	Savina	kom			
40	MX01049	Senzor VE	Savina	kom			2
41	MX08899	Set baterija	Savina/Savina 300	kom			
42	1845586	Električno kolo - eprom	Savina 300	kom			
43	8412993	Magnetni ventil	Savina 300	kom			
44	8413579	TSI-sensor	Savina 300	kom			
45	8413610	Valve actuator	Savina 300	kom			
46	8417820	Ventilska jedinica	Savina 300	kom			
47	8417905	Ploča CCB II	Savina 300	kom			
48	8421230	Napajanje	Savina 300	kom			
49	8404741	Dihlung	Ovlaživač / F&P	kom			
50	8414673	Napojni kabl	Ovlaživač (Aquapor) /	kom			
51	5703341	Drzac boca za Oxylog	Oxylog 2000/2000 +	kom			
52	8350151	PCB Kontrol sistem	Oxylog 2000/2000 +	kom			
53	8350391	PCB Kontrol	Oxylog 2000/2000 +	kom			
54	8402745	Regulator pritiska	Oxylog 2000/2000 +	kom			5
55	8411599	Baterija 1000 mAh	Oxylog 2000/2000 +	kom			
56	8412085	Nepovratni ventil	Oxylog 2000/2000 +	kom			
57	M24594	Gumeni adapter za crevo	Oxylog 2000/2000 +	kom			
58	5790224	Li-Ion battery, Oxylog VE300	Oxylog VE300	kom			
59	5790450	Fresh air filter	Oxylog VE300	kom			
60	1210165	HOSE 4X1 PAE WS	Oxylog VE300	kom			
61	5703153	Batterie NIMH 12V 2,5A	Carina	kom			
62	5703806	Turbina	Carina	kom			
63	5704748	Kabl set top	Carina	kom			
64	5705288	Kabl Set Bottom New Elco	Carina	kom			
65	5790859	Matična ploča	Carina	kom			
66	8409841	Plastični držač za creva	Carina	kom			
67	2M86733	Battery, lithium ion	Carina	kom			1
68	G93072	Exzentergriff Carina	Carina	kom			
69	G93245	Set locking mechanism	Carina	kom			



70	8403962	O-RING SEAL	Babylog 8000 plus	kom			
71	8407265	Mikroprekidac	Babylog 8000 plus	kom			
72	8408204	Dihtung	Babylog 8000 plus	kom			
73	8408208	Filter	Babylog 8000 plus	kom			
74	8408442	LIP SEAL	Babylog 8000 plus	kom			
75	8409184	DIAPHRAGM	Babylog 8000 plus	kom			
76	8411489	Rotirajuci prekidac 5 G/E	Babylog 8000 plus	kom			
77	8418045	Plastični poklopac za Babylog	Babylog 8000 plus	kom			
78	8418442	Set dihtunga	Babylog 8000 plus	kom			
79	M09361	Dihtung	Babylog 8000 plus	kom			
80	1828142	Pametna kartica 16K	Babylog VN500	kom			
81	1875744	CF-kartica 256MB FAT RoHS	Babylog VN500	kom			1
82	6737545	Mikrofilter	Babylog VN500	kom			
83	6871530	M12.4_PATO_SA	Babylog VN500	kom			
84	8413661	Membrana	Babylog VN500	kom			
85	8415011	PBA PI	Babylog VN500	kom			
86	8415041	PBA PI-Napajanje	Babylog VN500	kom			
87	8415127	Filter cestica	Babylog VN500	kom			2
88	8415165	Sigurnosni ventil	Babylog VN500	kom			
89	8415209	Senzor pritiska	Babylog VN500	kom			
90	8415213	Kalibraciona jedinica	Babylog VN500	kom			
91	8415223	Solenoidni ventil 12V	Babylog VN500	kom			
92	8415249	Mesac gasa i dozator	Babylog VN500	kom			
93	8415290	Set baterija M7 NM2.5	Babylog VN500/ Evita V300/V500	kom			
94	8415328	Energetska jedinica (M7.3)	Babylog VN500	kom			
95	8415329	Ventilatorska jedinica	Babylog VN500	kom			
96	8416761	PBA syscon	Babylog VN500	kom			
97	8416850	Odbojnik	Babylog VN500	kom			
98	8419758	Filtermatte	Babylog VN500	kom			
99	8421479	Filter vazduha	Babylog VN500	kom			
100	MK03411	PBA M4.1	Babylog VN500	kom			
101	6871521	PCB Pato SA MC	Evita V300/V500	kom			
102	8415051	pba NeoFlow	Evita V300/V500	kom			
103	8415061	PBA syscon	Evita V300/V500	kom			
104	8415081	pba M1.3	Evita V300/V500	kom			
105	8416219	Rocker Switch	Evita V300/V500	kom			
106	8416240	Piezo	Evita V300/V500	kom			
107	8416241	Flex connector	Evita V300/V500	kom			
108	8416247	M4x6 Allen screw WAF3	Evita V300/V500	kom			
109	8416248	Kabl support	Evita V300/V500	kom			
110	8420500	Set baterija PS500 (service)24Ah	Evita V300/V500	kom			
111	8415127	Filter cestica	Evita V300/V500	kom			1
112	8421479	Filter vazduha	Evita V300/V500	kom			
113	8416012	Kabl harness spirolgsensor	Evita V300/V500	kom			
114	8419758	Filtermatte	Evita V300/V500	kom			
115	6737545	Mikrofilter	Evita V300/V500	kom			
116	8417029	Ventil za smanjenje pritiska	Evita V300/V500	kom			
117	8416268	OLED Kabl	Evita V300/V500	kom			
118	8420425	DC Supply Kabl PS500 M7.3 Plus	Evita V300/V500	kom			
119	8421200	Electrical Energy Unit (M7.3Plus)	Evita V300/V500	kom			
120	MP02001	Modul M21	Evita V300/V500	kom			

## I n k u b a t o r i

1	MU03664	Magnetni ventil	Inkubator C2000	kom			
2	MU12681	Držač duplih vrata	Inkubator C2000	kom			
3	MU13403	Senzor kabal	Inkubator C2000	kom			
4	MU25441	Štampana ploča senzorskog modula sa ventilatorom	Inkubator C2000	kom			
5	MU26274	Senzorski modul	Inkubator C2000	kom			2
6	MU12600	Nosač vrata (desna)	Inkubator C2000	kom			

7	MU12601	Nosač vrata (leva)	Inkubator C2000	kom			
8	MU13393	Taster za otvaranje vrata	Inkubator C2000	kom			
9	MU08534	Taster bravice	Inkubator C2000	kom			
10	MU13249	Regulator pritiska	Inkubator C2000	kom			1
11	MU12299	Ventilator senzorskog modula	Inkubator C2000	kom			
12	MU12543	Ventilator motora	Inkubator C2000	kom			
13	2M51250	Prednja vrata komplet	Caleo inkubator	kom			
14	2M50641	Matična ploča	Caleo inkubator	kom			1
15	2M50169	Kućište senzorskog modula	Caleo inkubator	kom			
16	2M50406	Držač vrata (leva)	Caleo inkubator	kom			
17	2M50407	Držač vrata (desna)	Caleo inkubator	kom			
18	1886096	LCD	Caleo inkubator	kom			
19	2M51315	Magnetni ventil	Caleo inkubator	kom			
20	2M50850	Motor	Caleo inkubator	kom			1
21	2M51083	O2 pneumatika	Caleo inkubator	kom			
22	2M50999	Poklopac rezervoara	Caleo inkubator	kom			
23	2M50510	Kućište grejača	Caleo inkubator	kom			
24	2M20542	Sil uložak motora	Caleo inkubator	kom			
25	2M50271	Ventilator motora	Caleo inkubator	kom			
26	2M51327	Poklopac kućišta	Caleo inkubator	kom			
27	MU06051	Motor	TI 500 inkubator	kom			
28	MU16052	Baterija	TI 500 inkubator	kom			
29	MU05644	Matična ploča	TI 500 inkubator	kom			1
30	MU04472	Filter (6 kom)	TI 500 inkubator	pak			2
31	MU23385	PCB, LCD WITH LED BACKLIGHT	Isolette 8000+ inkubator	kom			
32	MU19702	FRONT_PANEL_SUBASSY,LCD_C2P	Isolette 8000+ inkubator	kom			
33	MU23386	PCB, LED DRIVER CIRCUIT	Isolette 8000+ inkubator	kom			
34	MU25443	KABL-INVERTER/CPU,C2K/I8K	Isolette 8000+ inkubator	kom			
35	MU12514	Grejač 240 V	Isolette 8000+ inkubator	kom			
36	MU12543	Impeller Assy	Isolette 8000+ inkubator	kom			
37	MU21854	Heater/Impeller Cover w.duct	Isolette 8000+ inkubator	kom			
38	MU13396	REPL KIT,SCROLL COVER,ISOLETTE	Isolette 8000+ inkubator	kom			
39	MU22531	Repl.Filter Door Access Assy	Isolette 8000+ inkubator	kom			
40	MU19725	Dugme za tilt MATTRESS	Isolette 8000+ inkubator	kom			
41	MU26031	Kabl ASSY,8 PIN,SENSOR MDL TO CONTR	Isolette 8000+ inkubator	kom			
42	MU22122	Repl, Humid,Reservir Assy, I80	Isolette 8000+ inkubator	kom			
43	MU23383	Štampana ploča napajanja	Isolette 8000+ inkubator	kom			
44	MU23379	PCB assy, interface,C2K/I8K	Isolette 8000+ inkubator	kom			
45	MU23133	PCB ASSY, za vlažnost, I8K	Isolette 8000+ inkubator	kom			
46	MU25914	PCB ASSY,senz.modul ,I8000plus	Isolette 8000+ inkubator	kom			
47	MU13255	Blok,SOLENOID MOUNT	Isolette 8000+ inkubator	kom			
48	MU03664	Solenoid ventil,12VDC,70PSI,O2	Isolette 8000+ inkubator	kom			
49	MU13249	Regulator pritiska ,40 PSI	Isolette 8000+ inkubator	kom			
50	MU05925	NIPPLE,.12NPTM,1.0LG,BRASS	Isolette 8000+ inkubator	kom			
51	MU26015	PCB ASSY,CPU,I8000plus	Isolette 8000+ inkubator	kom			

## S t o l o v i   z a   r e a n i m a c i j u

1*	MU03690	Sijalica	RW 82	kom			1
2	MU11223	Grejač	RW 82	kom			2
3	MU11418	On/ off taster	RW 82	kom			
4	MU11572	Mikroblender	RW 82	kom			
5*	2M21010	Fluorescentna lampa,plava	PT 4000	kom			3


## M o n i t o r i

1	2866726	Filter	Infinity	kom			5
2	4311622	Prekidač	Infinity	kom			
3	5594499	Pumpa za neinvazivno merenje pritiska	Infinity	kom			1
4	MS31385	Baterija	Infinity	kom			
5	5950782	Pumpa	Infinity	kom			1
6	7869444	Pozadinsko svetlo 8 in	Infinity	kom			
7	MS13758	Zaštitna maska displeja	Infinity	kom			
8	MS13765	Rotirajuće dugme	Infinity	kom			1
9	MS13799	Displej LCD	Infinity	kom			
10	MS13802	Plastično kućište	Infinity	kom			
11	MS13806	Prednja štampana ploča	Infinity	kom			
12	MS14980	Štampana ploča A200	Infinity	kom			

13	MS16211	Štampana ploča	Infinity	kom		1
14	MS24513	Štampana ploča	Infinity	kom		
15	MS17217	E/M Spr Cbl A103/4 Frnt	Infinity	kom		
16	MS22780	Zvučnik za monitor	Infinity	kom		
17	MS13809	Tastatura	Infinity	kom		
18	MS27327	Ploča za pozadinsko osvetljenje	Infinity	kom		
19	MK30601	Hard Disk Drive C700/C700IT	Infinity	kom		
20	MK30365	Hard Disk Drive C700/C700IT	Infinity	kom		
21*	2606285	Napajanje, 120 W – C700	Infinity	kom		
22*	MS18508	Uređaj za napajanje	Infinity	kom		
23*	MS18284	Uređaj za napajanje	Infinity	kom		1
24	2601177	Spoljna maska	Vista 120	kom		
25	2601178	Zadnja maska	Vista 120	kom		
26	2601170	Pozadinsko osvetljenje	Vista 120	kom		
27	2601164	Interfejs ploča za V1	Vista 120	kom		
28	2601162	Interfejs ploča RS232za V1	Vista 120	kom		
29	2601161	Modul napajanja	Vista 120	kom		
30	2601154	Glavna ploča	Vista 120	kom		
31	2601157	NIBP modul	Vista 120	kom		
32	2601175	Ploča napajanja	Vista 120	kom		1
33	2601179	Zvučnik	Vista 120	kom		
34	2601180	Ventilator	Vista 120	kom		
35	2601181	Obrtni taster	Vista 120	kom		
36	2601165	IBP i CO modul	Vista 120	kom		
37	2601156	SpO2 modul	Vista 120	kom		
38	2601166	CO2 izolaciona ploča	Vista 120	kom		
39	2601169	Alarm Indikator ploča	Vista 120	kom		
40	2601174	Konekciona ploča za bateriju	Vista 120	kom		
41	2601168	Ploča obrtnog tastera	Vista 120	kom		
42	2601187	CO2 konektor	Vista 120	kom		
43	2601185	SpO2 konektor	Vista 120	kom		
44	2607140	Prednja maska sa displejom	Vista 120	kom		
45	MS25646	E/M Spr hard disk SAS	Centrala	kom		
46	MS26395	E/M SPR MPU ventilator ICS GEN 3	Centrala	kom		
47	MS18831	Napajanje	Centrala	kom		
48	6871885	LP	Vamos	kom		
49*	6872940	Napajanje	Vamos	kom		
50	6870635	Pneumatski blok	Vamos	kom		
51	6870600	Glava sensora ILCA	Vamos	kom		
52	6870911	Ventilator	Vamos	kom		1
53	8603898	Štampana ploča	Vamos	kom		
54	6871321	Kabl	Vamos	kom		
55	6870779	Višeprovodnicki kabl	Vamos	kom		
56	6870800	Konektor	Vamos	kom		
57	6870782	Prekidač	Vamos	kom		
58	6870846	Fiilter	Vamos	kom		
59	MX08834	Filter /37mm/	Scio	kom		
60	6872528	Držač časice za vlagu	Scio/Vamos	kom		
61	6871276	Filter Mat MGD	Scio	kom		
62	MU00831	Baterija 2HR-4UC 1712-6911	bilirubinometar	kom		1
63	mu24870	Ksenon LIGHT UNIT,JM-105	bilirubinometar	kom		
64	mu24871	Ram za XENON LIGHT UNIT	bilirubinometar	kom		
65	mu24872	Opruga zaXENON LIGHT UNIT	bilirubinometar	kom		
66	mu24873	Ksenon LIGHT,JM-105	bilirubinometar	kom		
67	mu00791	Senzor SET 1712-0652-01	bilirubinometar	kom		
68	mu24867	Glavna PCB,JM-105,CE3	bilirubinometar	kom		
69	MU24842	BATTERY,JM-105	bilirubinometar	kom		1
70	6810345	Jedinica za uzorkovanje	etilometar	kom		
71	6810510	O-RING 60x1.5	etilometar	kom		
72	6810360	Senzor 18	etilometar	kom		
73	1892265	Displej	etilometar	kom		
74	8319715	USB kabl	etilometar	kom		
75	6810696	O-RING	etilometar	kom		
76	1892066	Osigurac	etilometar	kom		2
<b>Operacione lampe</b>						
1	G18363	Držač sijalice	SOLA	kom		5

2	G18720	Elektro sklop za lampu	SOLA	kom			
3	G18693	Folija za tastaturu	SOLA	kom			
4	G18700	Napajanje 230V	SOLA	kom			1
5*	G96220	Ručica (2kom)	SOLA/ POLARIS	pak			1
6	G18399	Fokus (Sola 500)	SOLA	kom			
7	G18398	Fokus (Sola 700)	SOLA	kom			
8	G99161	Napajanje	POLARIS	kom			
<b>A s p i r a t o r i</b>							
1	2M85019	Aspiracioni ejektor	aspirator	kom			
2	7278090	Manometar	aspirator	kom			
3	2M85609	Prekidač	aspirator	kom			
4	M26008	Gumeni dihtung	aspirator	kom			
5	M27351	Usisna pumpa	aspirator	kom			
6	A-0779	Usisna pumpa	aspirator	kom			
7	2312577	Dihtung N2O 3/8	aspirator	kom			
8	D19080	Dihtung	O2 ovlazivač	kom			5
9	M32493	Adapter O2 /NIST/DIN/	aspirator	kom			

**UKUPNO 3:**



**U ponudi (prilog br. 3) se prikazuju jedinične cene rezervnih delova. Zamena će se vršiti do ukupne vrednosti ugovora i ne podrazumeva sve navedene rezervne delove već delove za kojima će se ukazati potreba u toku važenja ugovora.**

**Kataloški brojevi su preuzeti iz kataloga proizvođača *Dräger Medical GmbH*.**

#### **Napomene:**

- Naručilac i izvršilac usluga saglasno konstatuju da je izmena ugovora koji će zaključiti moguća u odnosu na kataloške brojeve rezervnih delova, uz nepromenjenu cenu i to samo u slučaju da kod proizvođača dođe do promene kataloških brojeva, o čemu naručilac mora biti obavešten pisanim putem uz dostavljanje odgovarajuće dokumentacije od strane izvršioca.

U slučaju nastupanja navedenog razloga, naručilac i izvršilac će zaključiti aneks ugovora o javnoj nabavci.

- Ponuđač je dužan da vrši popravke isključivo ugradnjom originalnih rezervnih delova i u skladu sa tim ponuđene cene se odnose isključivo na nove, originalne rezervne delove.
- Obavezan lager sa navedenim minimalnim količinama ponuđač mora da poseduje od dana otvaranja ponuda i za sve vreme trajanja stručne ocene ponuda.  
Dokazuje se izjavom ponuđača, datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, sa naznačenom tačnom adresom magacina na kojoj se nalaze potrebne količine.  
Naručilac zadržava pravo da izvrši kontrolu zahtevanih količina na adresi koju je ponuđač naveo u izjavi, bez prethodne najave.  
Prilikom ove provere komisija će zapisnički konstatovati zatečene količine dobara koje su predmet kontrole.  
Ukoliko se prilikom izvršene kontrole utvrdi da ponuđač ne poseduje na navedenoj adresi zahtevane minimalne količine dobara, njegova ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.
- **Za pozicije obeležene (\*) u cenu je uključena ugradnja.**
- **Minimalni garantni rok za ugrađene delove je 6 meseci, izuzev stavki 1 i 5 (reanimacioni stolovi) gde je minimalni garantni rok 1000 sati rada**
  - rok odaziva po pozivu naručioca za:
    - hitne servisne intervencije \_\_\_ časova (maksimalno 4 časa)
    - ostale servisne intervencije \_\_\_\_\_ časova (maksimalno 24 časa)
    - ukoliko je poziv upućen do 10.00 časova, izlazak na teren istog dana
  - rok izvršenja usluga za:
    - vreme za izvršenje defektaže \_\_\_\_\_ časova (maksimalno 8 časova)
    - servisiranje manjeg obima i hitne servisne intervencije \_\_\_ časova (maksimalno 24 časa)

- servisiranje većeg obima (ukoliko izvršilac ne poseduje potrebne delove na servisnom lageru) \_\_ dana (maksimalno 10 dana)
- rok za isporuku rezervnih delova \_\_\_\_\_ dana (maksimalno 9 dana).

**Napomena:** Na pismeni zahtev Naručioca, Ponuđač je dužan da ustupi na korišćenje zamenski aparat ukoliko popravka traje duže od definisanih rokova za izvršenje usluge, a to je maksimalno 10 dana. Pri tome, rokovi mogu biti premašeni samo ukoliko postoji opravdan razlog koji Ponuđač mora dokumentovati Naručiocu. Zamenski aparat se daje na korišćenje do ne duže od 30 dana, u kom roku mora biti popravljen aparat.

- garantni rok za:
  - izvršene usluge \_\_\_\_\_ meseci (minimalno 6 meseci)

**Uputstvo: Rok izvršenja usluge podrazumeva period od prijave kvara do predaje ispravnog aparata korisniku. U rok izvršenja usluga ne ulazi period od dostavljanja servisnog izveštaja do davanja saglasnosti za izvođenje specificiranih intervencija.**

У горе наведене цене ће бити укључени сви евентуални попусти које понуђач обезбеди током трајања уговора.

**Понуђач се изјашњава** (заокружити опцију):            **ДА**            **НЕ**

#### 4. Preventivno održavanje

##### 4.1. - Usluge preventivnog održavanja (inspekcija)

Redni broj	Vrsta intervencije	Jedinična cena preventivnog servisa	Dinamika preventivnih servisa
1	2	3	4
<b>Aparati za anesteziju</b>			
1	Preventivni servis za Fabius CE		
2	Preventivni servis za Fabius Tiro		
3	Preventivni servis za Fabius GS		
4	Preventivni servis za Fabius GS Premium		
5	Preventivni servis za Fabius Plus		
6	Preventivni servis za Fabius MRI		
8	Preventivni servis za Primus		
9	Preventivni servis za Primus IE		
10	Preventivni servis za Zeus IE		
11	Preventivni servis za Perseus A500		
<b>Delovi sistema aparata za anesteziju</b>			
11	Preventivni servis za kružni sistem Cosy		
12	Preventivni servis za kružni sistem 9		
13	Preventivni servis za Vapor 2000 Sevo		
14	Preventivni servis za bronhijalni aspirator		
<b>Respiratori</b>			
15	Preventivni servis za Evita 4		
16	Preventivni servis za Evita 2 Dura		
17	Preventivni servis za Evita XL		
18	Preventivni servis za Evita V500		
19	Preventivni servis za Evita V300		
20	Preventivni servis za Savina		
21	Preventivni servis za Savina 300		
22	Preventivni servis za Carina		
23	Preventivni servis za Oxilog 2000		
24	Preventivni servis za Oxylog 2000+		
25	Preventivni servis za Oxylog VE300		
26	Preventivni servis za Babylog 8000 Plus		
27	Preventivni servis za Babylog VN500		
<b>Delovi sistema za respiratore</b>			
27	Preventivni servis za ovlaživač (Aquapor) EL		
28	Preventivni servis za ovlaživač (Aquapor) F & P MR 850		
29	Preventivni servis za ovlaživač (Aquapor) F & P MR 730		
<b>Inkubatori</b>			
1	Preventivni servis za Inkubator Caleo		
2	Preventivni servis za inkubator C 2000		
3	Preventivni servis za transportni inkubator Isolette TI500		
4	Preventivni servis za Inkubator Isolette 8000+		
<b>Stolovi za reanimaciju</b>			
5	Preventivni servis za sto za reanimaciju RW 82		
6	Preventivni servis za lampu za fototerapiju Photo-Therapy 4000		
<b>Monitori</b>			
1	Preventivni servis za Infinity Gamma monitor		
2	Preventivni servis za Infinity Gamma XL monitor		

3	Preventivni servis za Infinity Delta XL monitor		
4	Preventivni servis za Infinity Delta monitor		
5	Preventivni servis za Infinity Vista XL monitor		
6	Preventivni servis za Infinity Vista monitor		
7	Preventivni servis za Infinity Kappa monitor		
8	Preventivni servis za Vista 120 monitor		
9	Preventivni servis za Infinity Omega		
10	Preventivni servis centralne jedinice		
11	Preventivni servis Vamos kapnografa		
12	Preventivni servis Scio kapnografa		
13	Kalibracija Bilirubinometara		
14	Overavanje i izdavanje uverenja od strane akreditovanog tela(etilometar)		
<b>Operacione lampe</b>			
1	Preventivni servis za Sola 700		
2	Preventivni servis za Sola 700 / 500 / 500		
3	Preventivni servis za Polaris 700 / 560		
4	Preventivni servis za Polaris 600		
5	Preventivni servis za Polaris 760/500		
<b>UKUPNO 4.1.:</b>			

**Napomena:** U cenu usluga preventivnog održavanja je uključen samo rad.

#### 4.2.Setovi za preventivne servise sa ugradnjom

Redni broj	Kataloški broj	Naziv proizvoda	Model aparata	Jed. mere	Cena po jedinici mere din. bez PDV-a	Garantni rok	Obavezan lager
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MX08885	Dvogodišnji set	Perseus A500	kom			
2	MX08890	Dvogodišnji set system	Perseus A500	kom			
3	MX08887	Trogodišnji set	Perseus A500	kom			
4	MX08888	Šestogodišnji set	Perseus A500	kom			
5	MX08152	Jednogodišnji set	Fabius GS/GS premium/Tiro/MRI/Plus	kom			
6	MX08153	Trogodišnji set	Fabius GS/GS premium/Tiro/MRI/Plus	kom			
7	MX08832	Dvogodišnji set	Fabius GS/GS premium/Tiro/MRI/Plus	kom			
8	MX08655	Jednogodišnji set	Zeus IE	kom			
9	MX08656	Dvogodišnji set	Zeus IE	kom			
10	MX08657	Trogodišnji set	Zeus IE	kom			
11	MX08658	Sestogodišnji set	Zeus IE	kom			
12	MX08220	Jednogodišnji set	Evita 2 Dura/XL/4	kom			

13	MX08225	Dvogodišnji set FAS	Evita 2 Dura/XL/4	kom			
14	MX08226	Dvogodišnji set	Evita 2 Dura/XL/4	kom			
15	MX08227	Šestogodišnji set FAS	Evita 2 Dura/XL/4	kom			
16	MX08228	Šestogodišnji set	Evita 2 Dura/XL/4	kom			
17	MX08241	Jednogodišnji set	Primus	kom			
18	MX08467+ MX08792	Dvogodišnji set - stari	Primus	kom			
19	MX08467+ 8620178	Dvogodišnji set - novi	Primus	kom			
20	MX08468	Trogodišnji set	Primus	kom			
21	MX08995	Šestogodišnji set	Primus	kom			
22	MX08283	Jednogodišnji set	Savina	kom			
23	MX08659	Dvogodišnji set	Savina	kom			
24	MX08284	Šestogodišnji set	Savina	kom			
25	MX08859	Jednogodišnji set	Savina 300	kom			
26	MX08860	Dvogodišnji set	Savina 300	kom			
27	MX08861	Šestogodišnji set	Savina 300	kom			
28	MX08752	Dvogodišnji set	Oxylog 2000	kom			
29	MX08753	Šestogodišnji set	Oxylog 2000	kom			
30	MX18002	Jednogodišnji set	Babylog 8000+	kom			
31	MX08207	Dvogodišnji set	Babylog 8000+	kom			
32	MX08208	Šestogodišnji set	Babylog 8000+	kom			
33	MX08755	Dvogodišnji set	Oxylog 2000+, Oxylog 3000	kom			
34	MX08756	Šestogodišnji set	Oxylog 2000+, Oxylog 3000	kom			
35	MX08152 8410929 M23225x2	Jednogodišnji set	Fabius CE	kom			
36	MX08152 M19238x5 M19241x5 8410929 8410181 8407979 M23225x2	Dvogodišnji set	Fabius CE	kom			
37	MX08153 M23225x2 8410929	Trogodišnji set	Fabius CE	kom			
38	MX08879	Dvogodišnji set	Caleo inkubator	kom			
39	MU26245	Trogodišnji set	Inkubator C2000, Isolette 8000+ inkubator	kom			

UKUPNO 4.2.:

**Napomena: Navesti sastav seta prema obrascu 4. 3(u priloгу)**

**Cena seta ne može biti veća od cene dobijene sabiranjem cena pojedinačnih stavki iz seta.**





- рок важења понуде \_\_\_\_\_  
Напомена: Наручилац неће разматрати понуде чији је рок важења краћи од 60 дана. од дана отварања понуде
- остале погодности и попусти које нуди понуђач \_\_\_\_\_  
Напомена: цасса сцонто, натурални рабат и сл.

**Напомена:** Све позиције у понуди морају да буду понуђене, у супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом, и као таква бити одбијена.

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_

Име и презиме

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:**

Понуђач :	
Адреса:	
Лице за контакт	
Лице овлашћено за потписивање уговора	
Текући рачун:	
Телефон / факс:	
e-mail:	
Матични број:	
Регистарски број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	

**ПОНУДУ ПОДНОСИМ:**

*(обавезно заокружити начин  
подношења понуде)*

**1. Самостално****2. Са подизвођачем**

---

*(уписати основне податке о подизвођачу)*

**3. Као заједничку понуду**

---

*(уписати основне податке о заједничким понуђачима)*

Потпис овлашћеног лица

понуђача

---

име и презиме

## ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име подизвођача/подиспоручиоца		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број подизвођача/ подиспоручиоца		
Процент учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној јавној набавци	_____ %	
Део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца		

## НАПОМЕНЕ:

- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача/подиспоручиоца, образац копирати у довољном броју примерака.
- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној набавци и део предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца.
- Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери подизвођачу/подиспоручиоца, овај образац не треба попуњавати.

## ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име члана групе		
Седиште	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Законски заступник/ Одговорно лице		
Особа за контакт		
Мобилни телефон особе за контакт		
Телефон		
Телефакс (уколико постоји)		
Електронска адреса		
Рачун – Банка		
Матични број понуђача		
Порески индентификациони број подизвођача		
Услуге које ће извршити		

## НАПОМЕНА:

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе.
- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати.

У складу са чланом 75. 76 и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Редни број	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ				Прилог број	Број страна у прилогу
	Назив доказа	Број	Датум	Издат од стране		
1.	<p><b>Услов:</b> Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. (члан 75. став 1. тачка 1. Закона)</p> <p><b>Доказ:</b> Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда.</p> <p><i>(Напомена: Податак је јавно доступан на интернет страници АПР-а на основу матичног броја).</i></p>					
2.	<p><b>Услов:</b> Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона)</p> <p><b>Докази за правно лице:</b></p> <p>1. Уверење надлежног Основног суда односно надлежне полицијске управе, на чијем подручју се налази седиште правног лица (односно седиште представништва или огранка страног правног лица) којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p> <p>2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела из надлежности тог суда.</p> <p><b>Доказ за законског заступника/е:</b></p> <p>-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси <b>предузетник</b> потребно је да достави само Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе. <i>(захтев за издавање овог уверења се може поднети надлежно полицијској управи према месту рођења или месту пребивалишта).</i></p> <p><b>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</b></p>					

Напомене у вези надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела из члана 75, став 1, тачка 2 ЗЈН:

- Правна лица:

- Чланом 32. став 5. Закона о одговорности правних лица за кривична дела („Службени гласник РС“, бр. 97/2008) прописано је да казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица.

- За кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона надлежни првостепени суд према Закону о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон и 101/2011), може бити како основни суд, тако и виши суд.

- За уверење (извод) из казнене евиденције за кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, осим за кривична дела организованог криминала, правно лице се може обратити надлежном основном суду. **У**

**потврди коју даје основни суд, мора бити наведено да се потврда односи на кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд. Уколико то није наглашено, потребно је прибавити посебну потвду за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.** Дакле, понуђач доставља једну потврду у којој су обухваћена наведена кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд и кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд **или** две потврде – једну за кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд а другу за кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд.

- За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела

(„Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, **надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду.**

**Ближа обавештења могу се наћи на интернет страници Вишег суда у Београду.**

- Уколико правно лице има више законских заступника, тражене доказе је потребно доставити за сваког од законских заступника.

3.	<p><b>Услов:</b> Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4. Закона</p> <p><b>Докази:</b></p> <p>1. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе <b>и</b></p> <p>2. Уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.</p> <p>Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници.</p> <p><b>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</b></p> <p><b>Напомена: Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, прилаже <u>потврду Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације.</u></b></p>								
4.	<p><b>Услов:</b> Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (члан 75. став 2. Закона).</p> <p><b>Доказ:</b> Од стране одговорног лица понуђача потписана изјава (текст изјаве садржан у прилогу бр. 5/1 ове конкурсне документације)</p> <p><b>Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе морају дати ову изјаву!</b></p>								
<b>Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 Закона)</b>									
5.	<p><b>услов:</b> Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним <b>кадровским капацитетом</b> минимално 3 (три) запослена радника са важећим сертификатима произвођача. Од тога минимум 1 сертификовани сервисер за сваки модел из прилога 7.</p> <p><b>доказ:</b></p> <p><b>а)</b> - образац М (пријава радника) којим се доказује стручна спрема и да сервисер ради у фирми која је понуђач или</p> <p>- копије уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или уговора о допунском раду уколико није запослен у фирми која је понуђач</p> <p><b>б)</b> копије сертификата произвођача</p>								

6.	<p><b>финансијски капацитет</b></p> <p><b>Услов: Референтна листа</b> Понуђач је дужан да достави валидан доказ да је у претходне <b>три</b> године до дана објављивања позива за подношење понуда на порталу и интернет страни наручиоца остварио промет у <b>предметној</b> јавној набавци са здравственим установама у Републици Србији у укупном износу не мањем од <b>7.000.000,00</b> динара без ПДВ-а</p> <p><b>Доказ:</b> потврде установа о промету у којима су вршене услуге које су предмет јавне набавке а које садрже бројеве рачуна и - фотокопије рачуна.</p> <p><b>Потребно је да се исказе сума свих услуга</b></p>							
7.	<p><b>Услов:</b> Право на учешће у поступку има понуђач ако поседује следећу атестирану мерну опрему:</p> <p><b>за мерење :</b> - притиска - протока - концентрације (кисеоника, азотоксида и анестетика), - струје цурења - осветљаја - сигнала пацијент монитора - концентрације кисеоника - температуре - влаге</p> <p><b>Доказ:</b> Важеће уверење о калибрацији / еталонирању</p>							
	<p><b>Услов:</b> Обавезна уградња оригиналних резервних делова из каталога резервних делова произвођача опреме <b>Dräger Medical GmbH.</b></p> <p><b>Доказ:</b> Изјава понуђача сачињена на меморандуму понуђача на начин да из њене садржине јасно и недвосмислено произилази испуњење наведеног услова.</p>							
8.	<p><b>Услов: Обавезан лагер са наведеним минималним количинама (наведене у прилогу бр. 3) ПОНУЂАЧ мора да поседује од дана отварања понуда, за све време трајања стручне оцене понуда као и за све време трајања уговора. Изјава се даје под кривичном и материјалном одговорношћу.</b></p> <p><b>Доказ:</b> Оверена Изјава Понуђача</p>							

#### НАПОМЕНА:

1. Сви докази из овог упутства могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1. Закона.

2. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

3. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа као, на пример:

- извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).

4. Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75, ст. 1, тач. тачка 1, 2, и 4 ЗЈН.

Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из чл.75, ст.1, тач. тачка 1, 2, и 4 ЗЈН, наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.



**5. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.**

Уколико понуђач подноси *понуду са подизвођачем*, дужан је да докаже да подизвођач испуњава обавезне услове из чл.75, ст.1, **тачка 1, 2, и 4 ЗЈН**, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75.став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

У случају подношења *заједничке понуде*, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл.75, ст.1, тач **тачка 1, 2, и 4 ЗЈН** и услов из чл.75, став 2 **ЗЈН**, док остале (додатне) услове испуњавају заједно. Услов из члана 75.став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Потпис овлашћеног лица

понуђача

---

име и презиме

## МОДЕЛИ ИЗЈАВА

## ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

Потпис овлашћеног лица  
понуђача

---

име и презиме

### Напомена:

**Изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.**

У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

### ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке – **Услуге одржавања - медицинске опреме, произвођача Drager Medical**, ЈН бр. Т286/2020, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

Потпис овлашћеног лица

понуђача

\_\_\_\_\_  
име и презиме

#### **Напомена:**

**Изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.**

## МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА

(Модел уговора понуђач је у обавези да у целости попуни и потпише овлашћено лице, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора)

Београд .....2020. године

**Клинички центар Србије, Београд, Пастерова 2,  
кога заступа в.д. директор Проф. др Милика Ашанин**

Матични број: 07089503

ПИБ: 100118429

Шифра делатности: 8610

Тел/Факс: 2656 473, 2685 597

Е-mail: [mediacentar@kcs.ac.rs](mailto:mediacentar@kcs.ac.rs)

Текући рачуни: 840-667661-98, код Управе за трезор (буџет)  
840-667667-80, код Управе за трезор (сопствени)

(у даљем тексту овог уговора: НАРУЧИЛАЦ)

Заједнички назив за потписнике овог уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ

и

\_\_\_\_\_, кога заступа директор \_\_\_\_\_

(у даљем тексту уговора: Извршилац услуга)

Шифра делатности \_\_\_\_\_

Регистарски број \_\_\_\_\_

Матични број \_\_\_\_\_

ПИБ \_\_\_\_\_

Текући рачун: \_\_\_\_\_

Тел/Фах \_\_\_\_\_

Закључили су:

## У Г О В О Р

за услуге одржавања - медицинске опреме, произвођача Drager Medical

### Члан 1.

#### ПРЕДМЕТ УГОВОРА

- 1.1.** Предмет овог уговора су услуге одржавања - медицинске опреме, произвођача Drager Medical према понуди извршиоца услуга број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године.
- 1.2.** Уговор је склопљен у складу са Законом о јавним набавкама у отвореном поступку, број ЈН Т286/2020, по позиву за подношење понуда објављеном на порталу управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца.

### Члан 2.

#### ЦЕНЕ И ВРЕДНОСТ УГОВОРА

- 2.1.** Вредност уговора износи: до **7.000.000,00** динара без обрачунатог ПДВ-а, а у складу са финансијским планом наручиоца.  
Извршилац услуга ће бити ангажован у складу са приоритетима и потребама наручиоца услуга. У понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. године приказане су јединичне цене резервних делова. Замена ће се вршити до укупне вредности уговора и не подразумева све наведене резервне делове већ делове за којима ће се указати потреба у току важења уговора.
- 2.2.** Цене радног сата и резервних делова су прецизиране понудом извршиоца бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. године.  
За извођење дела услуга и то \_\_\_\_\_  
извршилац ће ангажовати подизвођача/подизвођаче \_\_\_\_\_.

### Члан 3.

## НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

- 3.1. За услуге дефинисане у чл. 1. овог уговора плаћање ће се извршити на следећи начин: на основу испостављене фактуре која мора бити достављена у року од 3 (три) радна дана од дана регистрације у централном регистру фактура.
- 3.2. За редовно, текуће и превентивно одржавање као и за поправке већег обима није предвиђено авансно плаћање, а рок плаћања је 90 дана од дана испостављања докумената везаних за исплату, сходно понуди бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године.
- 3.3. По извршеним услугама поправки и одржавања извршилац услуга ће у законском року доставити на исплату наручиоцу услуга сва документа везана за исплату (фактура, радни налог који мора да садржи: назначени објекат и врсту опреме која је сервисирана, опис услуга и спецификацију уграђених делова, напомену сервисера - ако је има, а оверен од стране извршиоца услуга, корисника и овлашћеног представника Службе за техничке и друге послове). Такође, фактура мора да садржи извод из понуде са обележеним резервним деловима који су замењени приликом сервисне интервенције. Извршилац услуга је у обавези да наведену документацију достави Служби за техничке и друге послове у 2 (два) примерка од којих ће оригинална документација бити достављена Служби за финансијске послове. Такође је извршилац услуга у обавези да један примерак радног налога остави кориснику који потписује радни налог.

### Члан 4.

## УСЛОВИ И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

### 4.1. Сервисирања по позиву:

Услуге из чл. 1. овог уговора обављаће се по позиву наручиоца услуга. Позивом се сматра сваки позив у писаној форми (факс, допис и сл.) или усмени позив (телефон у случајевима хитних интервенција, у периоду после 16 часова, викендом или празницима) од стране овлашћеног лица Службе за техничке и друге послове Клиничког центра Србије. Позив, у било којој форми, мора да садржи назнаку места (Клинике, Центри), врсту опреме, опис квара и ознаку хитности за потребну сервисну интервенцију. Уколико је сервисни позив био усменим путем, првог наредног радног дана мора бити послат и у форми писменог захтева, ради ажурне документационе евиденције.

- 4.2. По приспелом позиву упућени сервисер извршиоца услуга обавиће дефектажу и, ако је то могуће, квар отклонити на лицу места, без ометања процеса рада корисника. Ако је квар већег обима сервисер ће, писмено или усмено, надлежном лицу наручиоца услуга предложити интервенцију у сервису извршиоца услуга или на лицу места, наводећи потребне радове и неопходне делове за отклањање квара. На основу сагласности овлашћеног лица наручиоца услуга приступиће се поправци.

### 4.3. Рок за одазив извршиоца услуга по позиву наручиоца услуга је:

- за хитне сервисне интервенције \_\_\_\_\_ **часова**,
- за остале сервисне интервенције \_\_\_\_\_ **часа**,
- уколико је позив упућен до 10:00 часова, излазак на терен истог дана.

### 4.4. Рокови извршења услуга за:

- време за извршење дефектаже \_\_\_\_\_ **час**,
- сервисирање мањег обима и хитне сервисне интервенције \_\_\_\_\_ **часова**
- сервисирање већег обима (уколико извршилац не поседује потребне делове на сервисном лагеру) \_\_\_\_\_ **дана**,

- рок за испоруку резервних делова \_\_\_\_\_ дана.
- а за све остале рокове који нису предвиђени овим уговором , у свему у складу са понудом извршиоца услуга бр . \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године.

## **Члан 5. МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА**

- 5.1.** Место извршења услуге су сви објекти Клиничког центра Србије на којима је инсталирана опрема из предмета овог уговора, а у изузетним случајевима, када је због врсте и обима поправке то немогуће, поправка се врши у сервису извршиоца услуга. У том случају одношење и враћање опреме организује извршилац услуга.

## **Члан 6. КВАЛИТЕТ УСЛУГА**

- 6.1.** Извршилац услуга је дужан да предметне услуге обавља са пажњом доброг домаћина, савесно и благовремено, у складу са техничким стандардима и узансама струке. Такође је обавезан да уграђује оригиналне резервне делове произвођача,. Замењени резервни делови обавезно се остављају наручиоцу услуга, а што се констатује у напомени сервисног радног налога.
- 6.2.** У случају некавалитетно извршеног сервиса извршилац услуга је обавезан да исти поново квалитетно изврши у року од 24 часа, без права накнаде. Наручилац услуга је дужан да изврши рекламацију у писаној форми у року од 7 дана од дана предаје поправљеног уређаја кориснику.

## **Члан 7. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

- 7.1.** Извршилац услуга се обавезује да достави наручиоцу услуга финансијске гаранције приликом потписивања уговора и то:
- Регистровану меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 5 дана дужем од дана истека гарантног рока.
  - Регистровану меницу са меничним овлашћењем у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 30 дана дужем од дана истека рока за коначно извршење посла, која ће бити активирана у сврху наплате уговорне казне.
- 7.2.** Наручилац ће приложено финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:
- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,
  - у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од **стране извршиоца** ,
  - у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијента на било који начин,
- 7.3.** Уколико првобитно достављена финансијска гаранција (меница) буде активирана, извршилац је дужан да у року од 5 /пет/ дана од дана активирања достави нову бланко меницу са меничним овлашћењем које мора бити попуњено и потписано од стране овлашћеног лица, сачињено на меморандуму добављача, у висини од 5%, односно 10% од вредности нереализованог дела уговора без обрачунатог ПДВ-а, а сходно члану 129. став 3. Закона о облигационим односима („Сл. лист“ СФРЈ бр. 29/78, 39/85,



## **Члан 8. ГАРАНЦИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ**

- 8.1.** За извршене услуге одржавања и поправки извршилац услуга даје гаранцију **за уграђене делове** према понуди бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године.
- 8.2.** За извршене услуге одржавања и поправки већег обима извршилац услуга даје гаранцију од \_\_\_\_\_ месеци **за извршено сервисирање** од дана пријема и пуштања у рад поправљене опреме, а што се констатује на радном налогу.

## **Члан 9. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ**

На позив наручиоца услуга извршилац услуга је у обавези да достави у писаној форми:

- детаљну дефектажу за евентуалне поправке опреме која је предмет овог Уговора.
- предрачун за испоруку резервних делова који су уговорени, у сврху поправке апарата чије је одржавање и поправка предмет овог уговора а нису прецизирани у понуди бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године која је саставни део овог уговора. Извршилац је у обавези да докаже да је понуђена цена у складу са тржишном.
- одговарајуће предлоге за благовремено одржавање и поправке опреме или предлоге за отпис опреме чије је одржавање нерационално или немогуће, а у циљу планирања набавке тј. обнављања предметне опреме.

## **Члан 10. РАСКИД УГОВОРА**

- 10.1.** Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.
- 10.2.** Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, уговор ће се раскинути.
- 10.3.** Плаћање по овом уговору у 2020. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом за 2020. годину, за ове намене. За обавезе које по овом уговору доспевају у 2021. години наручилац ће извршити плаћање извршиоцу услуга по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2021. годину или доношењем одлуке о привременом финансирању.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

## **Члан 11. УГОВОРНА КАЗНА**

- 11.1.** За случај прекорачења рокова из члана 4. овог уговора и понуде извршиоца бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ г. наручилац ће за свако прекорачење (сат/дан) извршиоцу наплатити износ од 0,2 % од укупне уговорене вредности конкретне услуге без ПДВ-а, уколико до кашњења у извршењу обавезе

извршиоца услуга дође његовом кривицом, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а

- 11.2. Наплата уговорне казне ће се извршити активирањем средства финансијског обезбеђења достављеног у сврху наплате уговорне казне.
- 11.3. Уколико штета која је настала услед кашњења, прелази износ уговорне казне, наручилац може да тражи накнаду стварне штете.

## **Члан 12. СПОРОВИ**

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Београду.

## **Члан 13. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ**

- 13.1. Уговорне стране сагласно констатују да је измена овог уговора могућа у односу на каталожке бројеве резервних делова, уз непромењену цену и то само у случају да код произвођача дође до промене каталожких бројева, о чему наручилац мора бити обавештен писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране извршиоца.
- 13.2. У случају наступања разлога из тачке 13.1. уговора, наручилац и извршилац ће закључити анекс уговора о јавној набавци.

## **Члан 14. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА**

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи 1 (једну) годину. Извршилац ће бити ангажован у складу са понудом тј. приоритетима и потребама наручиоца.

## **Члан 15. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

- 15.1. Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака од којих наручилац услуга задржава 3 (три) примерка, а извршилац услуга 2 (два) примерка.
- 15.2. Саставни део овог уговора су његови прилози како следи:
- Прилог бр. 1 – Понуда бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ год.
  - Прилог бр. 2 – Финансијске гаранције

## **УГОВОРНЕ СТРАНЕ**

**НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА:**  
Клинички центар Србије  
В.Д. Директора

**ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА:**  
Директор

\_\_\_\_\_  
Проф. др Милика Ашанин

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,  
КОЛИЧИНА, ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,  
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ  
Spisak instalirane opreme**

<b>АПАРАТИ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ I RESPIRATORI</b>			
<b>Klinika za digestivnu hirurgiju</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Aparat za anesteziju Primus Bronhijalni aspirator	ASCB-0328 ARCB-4375	<b>2011.</b>
2	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARUB-0014 ARUA-0066 12085	<b>2004.</b>
3	Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARSE-0075 12068	<b>2004.</b>
4	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARSB-0004 ARTN-0066 100352	<b>2002.</b>
5	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	URPD-0003 URYL-0304 27462	<b>2003.</b>
6	Respirator Savina	ARTB-0080	<b>2003.</b>
7	Transp.respiratorr Oxylog 2000	ARRJ-0127	<b>2001.</b>
8	Aparat za anesteziju Primus Bronhijalni aspirator	ASKL-0180 ASKK-0123	<b>2017.</b>
9	Respirator Evita V500	ASMF-0145	<b>2019.</b>
<b>Klinika za ORL i MFH</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	URNB-0015 ARSK-0032 106911	<b>2002.</b>
2	Kružni sistem za disanje 9 Bronhijalni aspirator	ARND-0086 92021	<b>1999.</b>
3	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARSM-0043 ARTN-0024 106157	<b>2002.</b>

4	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARUB-0009 ARTN-0077 12077	<b>2004.</b>
5	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARUB-0013 ARSJ-0225 12081	<b>2004.</b>
6.	Aparat za anesteziju Perseus A500 Bronhijalni aspirator Vapor	ASLL-0014 ASLJ-0124 ASLK-1192	<b>2018.</b>
<b>Klinika za pulmologiju</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Respirator Carina	ASFJ-0064	<b>2014.</b>
2	Respirator Carina	ASFJ-0067	<b>2014.</b>
3	Respirator Savina	ARTB-0073	<b>2003.</b>
<b>Klinika za grudnu hirurgiju</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARUB-0039 ARUA-0085 11988	<b>2004.</b>
2	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARUB-0047 ARUA-0079 11989	<b>2004.</b>
3	Meh.ventilator pluća Evita 2 dura Aquapor EL	ARPN-0095 ARPN-0085	<b>2000.</b>
4	Aparat za anesteziju Perseus A500 Bronhijalni aspirator Vapor	ASLL-0013 ASLJ-0122 ASLK-1193	<b>2018.</b>
<b>Klinika za očne bolesti</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARUB-0012 ARTN-0070 12085	<b>2004.</b>
<b>Klinika za ortopedijsku hirurgiju i traumatologiju</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>

1	Aparat za anesteziju Primus Primus pacijent sistem Bronhijalni aspirator	ASBD-0043 ASBC-0406 ARBB-1957	<b>2010.</b>
2	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARUB-0011 ARUA-0080 11984	<b>2004.</b>
3	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARUB-0007 ARUA-0072 12045	<b>2004.</b>
4	Aparat za anesteziju Fabius GS Premium Bronhijalni aspirator	ASBD-0013 ARBB-1968	<b>2010.</b>
5	Respirator Savina Aquapor EL	ARTN-0121 ARTN-0096	<b>2004.</b>
<b>Klinika za infektivne i tropske bolesti</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Respirator Savina	ARSA-0171	<b>2003</b>
2	Respirator Savina	ARSA-0172	<b>2003</b>
3	Respirator Savina	ARTN-0070	<b>2004</b>
4	Respirator Carina	ASFJ-0066	<b>2014</b>
<b>Klinika za kardiohirurgiju</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Aparat za anesteziju Primus Bronhijalni aspirator	ASBM-0326 ARBL-4053	<b>2010</b>
2	Aparat za anesteziju Julian	ARMF-0050	<b>1998</b>
3	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARUB-0042 ARTN-0004 10269	<b>2004</b>
4	Aparat za anesteziju ZEUS IE Bronhijalni aspirator	ASFK-0017 ASFJ-0017	<b>2014</b>
5	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARSM-0028 ARSK-0024 106917	<b>2003.</b>
6	Respirator Savina	ARTB-0092	<b>2003.</b>
7	Respirator Evita V500	ASFK-0126	<b>2014.</b>
8	Respirator Evita V500	ASMF-0139	<b>2019.</b>
<b>Klinika za vaskularnu hirurgiju</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator Vapor	ARUA-0099 ARUA-0082 11964 ARUN-0068	<b>2004</b>

2	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator Vapor	ARUA-0100 ARUA-0083 11963 ASHN-0990	<b>2004</b>
3	Aparat za anesteziju Primus IE Bronhijalni aspirator	ASJA-0003 ASHL-0250	<b>2016.</b>
4	Respirator Evita V300	ASHN-0111	<b>2016.</b>
5	Respirator Evita V300	ASHN-0112	<b>2016.</b>
6	Aparat za anesteziju Primus Bronhijalni aspirator	ASKL-0172 ASKK-0136	<b>2017.</b>
7	Respirator Evita V500	ASMF-0147	<b>2019.</b>
8	Respirator Evita V500	ASMF-0146	<b>2019.</b>
<b>Klinika za endokrinu hirurgiju</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Aparat za anesteziju Fabius Plus Bronhijalni aspirator	ARZB-0029 ARZA-0710	<b>2010.</b>
2	Respirator Savina 300	ASKN-0029	<b>2017.</b>
<b>Klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator Vapor	ARUA-0070 ARUA-0020 11931 ARUB-0132	<b>2004.</b>
2	Aparat za anesteziju Fabius Tiro Bronhijalni aspirator Vapor	ASAE-0029 ARAB-1525 ARTJ-0138	<b>2009.</b>
3	Respirator Carina	ASKE-0096	<b>2017.</b>
4	Respirator Savina	ARTB-0083	<b>2003.</b>
<b>Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Aparat za anesteziju Primus IE Bronhijalni aspirator	ASFA-0178 ASEC-0018	<b>2014.</b>
2	Aparat za anesteziju Primus Bronhijalni aspirator Vapor	ASHA-0097 ASFM0244 ASHA-0356	<b>2014.</b>
3	Aparat za anesteziju Primus Bronhijalni aspirator Vapor	ASHA-0095 ASFM-0397 ASHA-0355	<b>2014.</b>

4	Aparat za anesteziju Primus Bronhijalni aspirator	ASAL-0271 ARAK-1759	<b>2009.</b>
5	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronijalni aspirator	ARUA-0103 ARUA-0044 105639	<b>2004.</b>
6	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronijalni aspirator	ARSL-0118 ARUA-0063 11955	<b>2002.</b>
7	Kružni sistem Cosy Bronijalni aspirator	URYK-0339 11915	<b>2004.</b>
8	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Kružni sistem za disanje Bronijalni aspirator	ARUA-0123 URYL-0195 ARUA-0054 107074	<b>2004.</b>
9	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronijalni aspirator	ARUA-0125 ARSK-0030 11927	<b>2004.</b>
10	Kružni sistem Cosy Bronijalni aspirator	ARUA-0064 12042	<b>2004.</b>
11	Respirator Savina	ARTB-0086	<b>Neurologija IN 2003.</b>
12	Respirator Carina	ASCA-0024	<b>Koronarna 2011.</b>
13	Respirator Carina	ASFJ-0065	<b>Koronarna</b>
14	Respirator Carina	ASDB-0101	<b>Šok 2012.</b>
15	Respirator Carina	ASDB-0100	<b>Šok 2012.</b>
16	Respirator Carina	ASDB-0099	<b>Šok 2012.</b>
17	Respirator Carina	ASDB-0098	<b>Šok 2012.</b>
18	Respirator Carina	ASDB-0097	<b>Šok 2012.</b>
19	Respirator Carina	ASDB-0096	<b>Šok 2012.</b>
20	Respirator Savina	ARTN-0098	<b>IIN 2003.</b>
21	Respirator Savina 300	ASEC-0061	<b>2014.</b>
22	Respirator Savina	ARSA-0173	<b>2003.</b>
23	Respirator Savina	ARTN-0080	<b>IIN 2003.</b>
24	Respirator Savina	ARTB-0082	<b>2003.</b>
25	Respirator Savina	ASBB-0033	<b>Šok A i B 2015.</b>
26	Respirator Savina	ASBJ-0067	<b>IIN 2015.</b>

27	RespiratorSavina	ASBJ-0068	<b>IIN 2015.</b>
28	Transp. respiratorOxylog 2000	ARPC-0030	<b>2000.</b>
29	Respirator Evita XL	ARYN-0364	<b>2007.</b>
30	Respirator Evita XL	ARYN-0359	<b>2007.</b>
31	Respirator Evita XL	ARYN-0366	<b>2007.</b>
32	Respirator Evita XL	ARYN-0362	<b>2007.</b>
33	Respirator Evita XL	ARYN-0358	<b>2007.</b>
34	Respirator Evita XL	ARYN-0361	<b>2007.</b>
35	Respirator Evita XL Aquapor EL	ARYN-0365 ARYM-0366	<b>2007.</b>
36	Respirator Evita XL	ARYN-0357	<b>2007.</b>
37	Respirator Evita XL	ARYN-0360	<b>2007.</b>
38	Respirator Evita XL	ARYN-0363	<b>2007.</b>
39	Respirator Evita V300	ASHA 0024	<b>Šok A i B 2015.</b>
40	Respirator Evita V300	ASHA 0026	<b>Šok A i B 2015.</b>
41	Respirator Evita V300	ASHA 0025	<b>koronarna jedinica 2015.</b>
42	Respirator Evita V300	ASHA 0023	<b>koronarna jedinica 2015.</b>
43	Respirator Evita V300	ASHA 0027	<b>Šok A i B 2015.</b>
44	Respirator Evita V300	ASHA 0022	<b>Šok A i B 2015.</b>
45	Respirator Evita V300	ASHA 0021	<b>Šok A i B 2015.</b>
46	Respirator Evita 4	ASCM-0231	<b>Šok A i B 2015.</b>
47	Transp.respiratorOxylog 2000+	ACHA-0007	<b>Anestezija 2015.</b>
48	Transp.respiratorOxylog 2000+	SSBA-0005	<b>OP blok 2015.</b>
49	Transp.respiratorOxylog 2000+	ASKL-0031	<b>Šok A i B 2017.</b>
50	Transp.respiratorOxylog 2000+	ASKL-0030	<b>PK 2017.</b>
51	Respirator Evita V500	ASLJ-0175	<b>Transplantacija 2018.</b>
52	Respirator Evita V500	ASLJ-0160	<b>Transplantacija 2018.</b>
53	Respirator Evita V500	ASLJ-0161	<b>Transplantacija 2018.</b>
54	Respirator Evita V500	ASLJ-0159	<b>Šok A i B 2018.</b>
55	Respirator Evita V500	ASLJ-0176	<b>Šok A i B 2018.</b>



56	Respirator Evita V500	ASLJ-0177	<b>Šok A i B 2018.</b>
57	Respirator Evita V500	ASMF-0140	<b>Šok A i B 2019.</b>
58	Respirator Evita V500	ASMF-0142	<b>Šok A i B 2019.</b>
59	Respirator Evita V500	ASMF-0143	<b>Šok A i B 2019.</b>
60	Respirator Evita V500	ASMF-0144	<b>Šok A i B 2019.</b>
61	Respirator Evita V500	ASMF-0148	<b>Šok A i B 2019.</b>
62	Respirator Evita V500	ASMB-0108	<b>Transplantacija 2019.</b>
63	Respirator Carina	ASMD-0024	<b>Neurologija 2019.</b>
64	Respirator Carina	ASMD-0025	<b>IIN 2019.</b>
65	Respirator Carina	ASMD-0026	<b>IIN 2019.</b>
66	Respirator Carina	ASMD-0027	<b>Koronarna 2019.</b>
67	Respirator Carina	ASMD-0023	<b>Koronarna 2019.</b>
68	Respirator Carina	ASMD-0028	<b>Koronarna 2019.</b>
69	Transp.respirator Oxylog VE300	ASMC-0003	<b>Šok A i B 2019.</b>
70	Transp.respirator Oxylog VE300	ASMC-0004	<b>Šok A i B 2019.</b>

<b>Klinika za ginekologiju i akušerstvo</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator Vapor	ARUA-0061 12035 ARYN-0198	<b>2004.</b>
2	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator Vapor	ARUA-0106 ARUA-0093 119023 ARZM-1092	<b>2004.</b>
3	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator Vapor	ARSM-0049 ARSK-0108 106285 ARYL-1002	<b>2004.</b>
4	Aparat za anesteziju Fabius GS Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator Vapor	ARXN-0023 URXL-0037 ARXN-0023 ARZM-1093	<b>2007.</b>
5	Aparat za anesteziju Fabius Tiro Bronhijalni aspirator	ARYN-0017 ARWJ-00589	<b>2007.</b>
6	Aparat za anesteziju Fabius Tiro Bronhijalni aspirator	ARZM-0121 ARZK-0978	<b>2009.</b>
7	Aparat za anesteziju Fabius Tiro Bronhijalni aspirator	ARZM-0122 ARZK-0978	<b>2009.</b>
8	Aparat za anesteziju Primus	ASKL-0179	<b>2017.</b>
9	Aparat za anesteziju Perseus A500	ASLL-0015	<b>2018.</b>
10	Aparat za anesteziju Perseus A500	ASMA-0077	<b>2019.</b>
11	Aparat za anesteziju Perseus A500	ASMA-0078	<b>2019.</b>
12	Aparat za anesteziju Perseus A500	ASMB-0207	<b>2019.</b>
13	Aparat za anesteziju Perseus A500	ASMB-0208	<b>2019.</b>
14	Neonatalni respirator Babylog 8000 + Ovlaživač F&P MR 850	ASAK-0040 90603051592	<b>2009.</b>
15	Neonatalni respirator Babylog 8000 + Ovlaživač F&P MR 850	ARRK-0103 10709013761	<b>2001.</b>
16	Neonatalni respirator Babylog VN500	ASBE0013	<b>2014.</b>
17	Neonatalni respirator Babylog VN500	ASLD-0071	<b>2019.</b>
18	Neonatalni respirator Babylog VN500	ASLC-0362	<b>2019.</b>
19	Neonatalni respirator Babylog VN500	ASNC-0082	<b>2020.</b>
20	Respirator Evita 4 Aquapor EL	ARXM-0185 ARXM-0049	<b>2006.</b>

<b>Klinika za neurohirurgiju</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God.proizvodnje</b>
1	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARUB-0045 URYJ-0155 12046	<b>2004.</b>
2	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARUB-0046 ARUA-0092 11990	<b>2004.</b>
3	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARUB-0043 ARUA-0019 12078	<b>2004.</b>
4	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARUB-0044 ARUA-0062 11914	<b>2004.</b>
5	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	12221 ARRH-0081 101837	<b>2001.</b>
6	Respirator Savina	ARTN-0101	<b>2004.</b>
7	Respirator Savina	ARTN-0096	<b>2004.</b>
8	Respirator Savina	ARTB-0067	<b>2003.</b>
9	Respirator Evita V500	ASMF-0141	<b>2019.</b>
10	Respirator Evita V500	ASLL-0137	<b>2018.</b>
11	Respirator Evita V500	ASLL-0138	<b>2018.</b>
12	Respirator Evita V500	ASLL-0139	<b>2018.</b>
13	Respirator Evita V500	ASLL-0140	<b>2018.</b>
14	Respirator Evita V500	ASLL-0141	<b>2018.</b>
15	Respirator Evita V500	ASLL-0142	<b>2018.</b>
<b>Klinika za neurologiju</b>			
1	Aparat za anesteziju Fabius MRI Aspirator Kružni sistem Cosy	ASBK-0238 ASBH-2176 USBF-0092	<b>2010</b>
<b>Klinika za urologiju</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God.proizvodnje</b>
1	Aparat za anesteziju Primus Bronhijalni aspirator	ASBD-0044 ARBB-1964	<b>2009.</b>
2	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARUB-0048 ARTN-0075 12072	<b>2004.</b>
3	Aparat za anesteziju Fabius CE Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARUA-0101 ARUA-0091 12080	<b>2004.</b>

4	Kružni sistem Cosy Bronhijalni aspirator	ARSK-0028 106186	<b>2002.</b>
5	Aparat za anesteziju Fabius Tiro Bronhijalni aspirator	ASAE-0028 ARAA-1495	<b>2009.</b>
6	Aparat za anesteziju Fabius GS Premium Bronhijalni aspirator Vapor	ASHN-0096  ASHL-0264 ASHN-0324	<b>2016.</b>
7	Respirator pluća Savina Aquapor EL	ARTN-0076 ARTN-0059	<b>2004.</b>
8	Tansp.respirator Oxylog 2000+	ASKL-0032	<b>2017.</b>

<b>MONITORI</b>			
<b>Klinika za digestivnu hirurgiju</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Pac.monitor Infinity Delta XL	6003431371	<b>2011</b>
2	Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0090	<b>2004</b>
3	Monitor nark.gasova Vamos	ARSE-0005	<b>2004</b>
4	Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0080	<b>2002</b>
<b>Klinika za ORL i MFH</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0084	<b>2004.</b>
2	Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0089	<b>2004.</b>
3	Pac.monitor Infinity Vista XL Kapnograf Scio Four	6004648456 ASCH-0011	<b>2012.</b>
4	Pac.monitor Infinity Delta	5396061866	<b>2005.</b>
5	Pac.monitor Infinity Delta	5396980055	<b>2006.</b>
6	Pac.monitor Infinity Delta XL	6009509169	<b>2018.</b>
7	Pac.monitor Infinity Delta XL Kapnograf Scio Four	6009452078 ASLK-6065	<b>2018.</b>
<b>Klinika za pulmologiju</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Pac.monitor Infinity Vista XL	5398179655	<b>2006.</b>
2	Pac.monitor Infinity Vista XL	5398197448	<b>2006.</b>
3	Pac.monitor Infinity Vista XL	5398198349	<b>2006.</b>
<b>Klinika za grudnu hirurgiju</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0104	<b>2004.</b>
2	Pac.monitor Infinity Vista XL Monitor nark.gasova Vamos	5398199348 ARUB-0092	<b>2004.</b>
3	Pac.monitor Vista 120	VGSL0123	<b>2019.</b>
4	Pac.monitor Vista 120	VGSL0078	<b>2019.</b>
5	Pac.monitor Vista 120	VGSL0084	<b>2019.</b>
6	Pac.monitor Vista 120	VGSL0098	<b>2019.</b>
7	Pac.monitor Infinity Delta XL	6009447663	<b>2018.</b>

<b>Klinika za očne bolesti</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Pac.monitor Infinity Vista XL Monitor nark.gasova Vamos	5396976948 ARUB-0079	<b>2004.</b>
2	Pac.monitor Infinity Vista XL Kapnograf Scio Four	6004645459 ASDC-0218	<b>2012.</b>
3	Pac.monitor Infinity Vista XL Kapnograf Scio Four	6004647858 ASDC-0219	<b>2012.</b>
<b>Klinika za ortopedijsku hirurgiju i traumatologiju</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Pac.monitor Infinity Delta	6002578366	<b>2010.</b>
2	Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0086	<b>2004.</b>
3	Pac.monitor Infinity Vista XL Kapnograf Scio four	6002680469 ASBE-0071	<b>2010.</b>
4	Pac.monitor Infinity Vista XL Kapnograf Scio four	6004649161 ASDC-0216	<b>2012.</b>
<b>Klinika za kardiohirurgiju</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0106	<b>2004.</b>
2	Pac.monitor Infinity Delta	600693174	<b>2014.</b>
3	Pac.monitor Infinity Delta XL Monitor C700	6001447465 TPPAA230871	<b>2009.</b>
4	Pac.monitor Infinity Delta XL Kapnograf Scio Four	6001442274 ASAL-0009	<b>2009.</b>
5	Pac.monitor Infinity Delta XL Kapnograf Scio Four Monitor C700	6001452976 ASAL-0008 TPAA230901	<b>2009.</b>
6	Pac.monitor Infinity Kappa	5495125459	<b>2014.</b>
7	Pac.monitor Infinity Omega	60103811271	<b>2014.</b>
8	Pac.monitor Infinity Delta	6004794360	<b>2012</b>
9	Pac.monitor Infinity Omega	6001614775	<b>2009</b>
10	Pac.monitor Infinity Omega	6001619672	<b>2009</b>
11	Pac.monitor Infinity Omega	6001619966	<b>2009</b>
12	Pac.monitor Infinity Omega	6001620777	<b>2009</b>
13	Pac.monitor Infinity Omega	6001621179	<b>2009</b>
14	Pac.monitor Infinity Omega	6001621473	<b>2009</b>
15	Pac.monitor Infinity Omega	6001622374	<b>2009</b>
16	Pac.monitor Infinity Omega	6001632176	<b>2009</b>
17	Pac.monitor Infinity Omega	6001634869	<b>2009</b>
18	Pac.monitor Infinity Omega	6001636466	<b>2009</b>
19	Pac.monitor Infinity Omega	6001640078	<b>2009</b>
20	Pac.monitor Infinity Omega	6001640577	<b>2009</b>
21	Pac.monitor Infinity Omega	6001640675	<b>2009</b>
22	Monitor Extended Delta XL	DL4B0937927376	<b>2009</b>
23	Monitor Extended Delta XL	DL4B0937927387	<b>2009</b>
24	Monitor Extended Delta XL	DL4B0937927388	<b>2009</b>
25	Infinity centralna stanica	11097M00041	<b>2009</b>
<b>Klinika za vaskularnu hirurgiju</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>

1	Pac.monitor Infinity Omega	6001633371	<b>2009</b>
2	Pac.monitor Infinity Omega	6001633469	<b>2009</b>
3	Pac.monitor Infinity Omega	6001621874	<b>2009</b>
4	Pac.monitor Infinity Omega	6001539669	<b>2009</b>
5	Pac.monitor Infinity Omega	6001622276	<b>2009</b>
6	Pac.monitor Infinity Omega	6001619075	<b>2009</b>
7	Pac.monitor Infinity Omega	6001620082	<b>2009</b>
8	Pac.monitor Infinity Omega	6001613473	<b>2009</b>
9	Pac.monitor Infinity Delta XL	6001461476	<b>2009</b>
10	Infinity centralna stanica	11097M00157	<b>2009</b>
11	Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0096	<b>2004</b>
12	Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0088	<b>2004</b>
13	Pac.monitor Infinity Delta XL Kapnograf Scio Four	6001403477 ASAL-0012	<b>2009.</b>
14	Pac.monitor Infinity Delta XL Kapnograf Scio Four	6001360977 ASAL-0016	<b>2009.</b>
15	Pac.monitor Infinity Delta XL Kapnograf Scio Four	6001381277 ASAL-0014	<b>2009.</b>
16	Pac.monitor Infinity Delta	6008861868	<b>2017.</b>

**Klinika za endokrinu hirurgiju**

<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Pac.monitor Infinity Delta XL Kapnograf Scio four	5398580355 ARZA-0149	<b>2010</b>

**Klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju**

<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0049	<b>2004.</b>
2	Pac.monitor Infinity Vista XL Kapnograf Scio four	6004673170 ASDC-0217	<b>2012.</b>
3	Pac.monitor Vista 120	V1SJN0084	<b>2017.</b>

**Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar**

<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Pacijent monitor Infinity Delta XL	6006198768	<b>2014.</b>
2	Pacijent monitor Infinity Delta XL	6007078076	<b>2014.</b>
3	Pacijent monitor Infinity Delta XL	6007073375	<b>2014.</b>
4	Pac.monitor Infinity Delta	6001490578	<b>2009.</b>
5	Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0097	<b>2004.</b>
6	Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0094	<b>2002.</b>
7	Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0098	<b>2004.</b>
8	Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0099	<b>2004.</b>
9	Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0103	<b>2004.</b>
10	Pac.monitor Infinity Vista XL Kapnograf Scio Four	6004648358 ASDC-0220	<b>2012.</b>

11	Pac.monitor Infinity Vista	5515751680	ŠOK 2010.
12	Pac.monitor Infinity Vista	5515752082	ŠOK 2010.
13	Pac.monitor Infinity Gamma XL	5513884763	ŠOK 2010.
14	Pac.monitor Infinity Gamma XL	5513827460	ŠOK 2010.
15	Pac.monitor Infinity Delta	6006210880	ŠOK 2014.
16	Pac.monitor Infinity Delta	6006220183	ŠOK 2014.
17	Pac.monitor Infinity Vista 120	V1SEH0120	Opšta intenzivna nega 2014.
18	Pac.monitor Infinity Vista	5515753776	Hirurgija I 2010.
19	Pac.monitor Infinity Vista	5515752581	Hirurgija I 2010.
20	Pac.monitor Infinity Vista	5515742173	Hirurgija I 2010.
21	Pac.monitor Infinity Vista	5515753277	Hirurgija I 2010.
22	Pac.monitor Infinity Vista	5515762080	Neurologija IN 2010.
23	Pac.monitor Infinity Vista	5515762374	Neurologija IN 2010.
24	Pac.monitor Infinity Vista	5515750681	Neurologija IN 2010.
25	Pac.monitor Infinity Vista XL	6002748361	Neurologija IN 2010.
26	Pac.monitor Infinity Vista	5515746169	Neurologija IN 2010.
27	Pac.monitor Infinity Vista	5515749861	Neurologija IN 2010.
28	Pac.monitor Infinity Vista	5515749567	Neurologija IN 2010.
29	Pac.monitor Infinity Vista	5515751974	Neurologija IN 2010.
30	Pac.monitor Infinity Delta	6006099572	Odeljenje za transplantaciju organa 2014.
31	Pac.monitor Infinity Delta	6006211478	Odeljenje za transplantaciju organa 2014.

**Klinika za ginekologiju i akušerstvo**

<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Pac.monitor Infinity Gamma Monitor nark.gasova Vamos	5513066470 ARUB-0093	<b>2004.</b>
2	Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0095	<b>2004.</b>
3	Pac.monitor Infinity Gamma XL Kapnograf Scio Four	5514596564 ARYM-0062	<b>2007.</b>
4	Pac.monitor Infinity Gamma XL Kapnograf Scio Four	5514721866 ARYM-0182	<b>2007.</b>
5	Pac.monitor Infinity Gamma XL Kapnograf Scio Four	5515223475 ARZM-0070	<b>2009.</b>



6	Pac.monitor Infinity Gamma XL Kapnograf Scio Four	5515160284 ARZM-0068	<b>2009.</b>
7	Pac.monitor Infinity Delta Kapnograf Scio Four	6003499957 ASCN-0104	<b>2012.</b>
8	Pac.monitor Infinity Vista	5515753874	<b>2010.</b>
9	Pac.monitor Infinity Vista	5515746267	<b>2010.</b>
10	Pac.monitor Infinity Vista	5515741673	<b>2010.</b>
11	Pac.monitor Infinity Vista	5515749460	<b>2010.</b>
12	Pac.monitor Infinity Vista	5515753179	<b>2010.</b>
13	Pac.monitor Infinity Vista XL	5396041959	<b>2009.</b>
14	Pac.monitor Infinity Vista XL	5396226261	<b>2009.</b>
15	Pac.monitor Vista 120	VISHN0126	<b>2016.</b>
16	Bilirubinometar Jaundice meter JM-103	3206533	<b>2015.</b>
17	Bilirubinometar Jaundice meter JM-105	37101204	<b>2019.</b>

<b>Klinika za neurohirurgiju</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God.proizvodnje</b>
1	Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0101	<b>2004.</b>
2	Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0102	<b>2004.</b>
3	Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0100	<b>2004.</b>
4	Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0105	<b>2001.</b>
5	Pac.monitorr Infinity Vista XL Kapnograf Scio Four	6006650378 ASFJ-0054	<b>2014.</b>
6	Pac.monitor Infinity Delta XL Kapnograf Scio Four	60095007964 ASLK-6088	<b>2018.</b>
7	Monitor nark.gasova Vamos(ortopedija)	ARUB-0085	<b>2004.</b>
8	Pac.monitor Infinity Gamma XL	551611472	<b>2013.</b>
9	Pac.monitor Infinity Vista XL	5396985252	<b>2005.</b>
10	Pac.monitor Infinity Vista XL	5396994946	<b>2005.</b>
11	Pac.monitor Infinity Vista XL	5398191062	<b>2005.</b>
12	Pac.monitor Infinity Vista XL	5398195557	<b>2005.</b>
13	Pac.monitor Infinity Vista XL	5398194656	<b>2005.</b>
14	Pac.monitor Infinity Gamma XL	5307189361	<b>2013.</b>
15	Pac.monitor Infinity Omega	6009466571	<b>2018.</b>
16	Pac.monitor Infinity Omega	6009505672	<b>2018.</b>
17	Pac.monitor Infinity Omega	6009506671	<b>2018</b>
18	Pac.monitor Infinity Omega	6009513868	<b>2018.</b>
19	Pac.monitor Infinity Omega	6009518961	<b>2018.</b>
20	Pac.monitor Infinity Omega	6009519265	<b>2018.</b>
21	Pac.monitor Infinity Omega	6009521770	<b>2018.</b>
<b>Klinika za urologiju</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God.proizvodnje</b>
1	Pac.monitor Infinity Delta	6002576671	<b>2009.</b>
2	Pac.monitor Infinity Gamma XL Monitor nark.gasova Vamos	5515317775 ARUB-0091	<b>2009.</b>
3	Pac.monitor Vista 120	V2SHK0082	<b>2016.</b>
4	Kapnograf Scio Four	ASHM-0169	<b>2016.</b>
5	Monitor nark.gasova Vamos	ARUB-0087	<b>2009.</b>

<b>Služba za tehničke i druge poslove</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God.proizvodnje</b>
1	Etilometar 6810	ARBC0391	2011.

<b>INKUBATORI</b>			
<b>Klinika za ginekologiju i akušerstvo</b>			
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj/inv.br.</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Neonatalni inkubator Caleo	ASDB-0060/3667	2012.
2	Neonatalni inkubator Caleo	ASDB-0021/3755	2012.
3	Neonatalni inkubator Caleo	ASDB-0012/3793	2012.
4	Neonatalni inkubator Caleo	ASCL-0035/3005	2011.
5	Neonatalni inkubator C2000	BB26655/3671	2012.
6	Neonatalni inkubator C2000	NB26259/3688	2012.
7	Neonatalni inkubator C2000	HG 24368/3004	2011.
8	Neonatalni inkubator C2000	HG 25369/3003	2011.
9	Sto za reanimaciju RW 82	CBO07699/4870	2012.
10	Sto za reanimaciju RW 82	12-20364/5062	2011.
11	Photo-Therapy 4000	ASHD-0021/10360	2015.
12	Photo-Therapy 4000	ASHE-0002/10375	2015.
13	Photo-Therapy 4000	ASHE-0004/10356	2015.
14	Photo-Therapy 4000	ASHE-0005/10369	2015.
15	Transportni inkubator Isolette TI500	MF10484/10339	2015.
16	Neonatalni inkubator 8000+	NC00696 /20652	2019.
17	Neonatalni inkubator 8000+	NC00703 /I20653	2019.
18	Neonatalni inkubator 8000+	NC00701 /20654	2019.
19	Neonatalni inkubator 8000+	NC00698 /20655	2019.
20	Neonatalni inkubator 8000+	NC00702 /20656	2019.
21	Neonatalni inkubator 8000+	NCC00697 /20657	2019.
22	Neonatalni inkubator 8000+	NC00700 /20658	2019.
23	Neonatalni inkubator 8000+	NC00699/ 20659	2019.
24	Neonatalni inkubator 8000+	GC00767/ 20646	2019.
25	Neonatalni inkubator 8000+	GC00768 /20647	2019.

<b>ASPIRATORI,TRAJNE DRENAŽE, INHALETE, O2 TERAPIJE NA KLINIKAMA I CENTRIMA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE</b>		
<b>Red.br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>količina</b>
1	Inhalette S	35 kom.
2	O2-protokomer	cca 60 kom.
3	Bronhijalni aspirator	ccc 40 kom.
4	Trajna drenaža sa stubom	cca 55 kom.

**OP.LAMPE****Klinika za kardiohirurgiju**

<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Operaciona lampa Sola 700/500/500	ARZC0270, ARZC0271, ARZC0272	<b>2008</b>

**Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar**

<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Operaciona lampa Polaris 700/560	ASFL-0964	<b>2014.</b>
2	Operaciona lampa Polaris 700/560	Glavna lampa 700-42029,satelit 500-42831	<b>2014.</b>
3	Operaciona lampa Polaris 760/500	Glavna lampa 760-40808,satelit 500 50084	<b>2013.</b>

**Klinika za ginekologiju i akušerstvo**

<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta i tip aparata</b>	<b>Serijski broj</b>	<b>God. proizvodnje</b>
1	Operaciona lampa Sola 700	ARZD-0227	<b>2008.</b>
2	Operaciona lampa Sola 700	ARZD-0231	<b>2008.</b>
3	Operaciona lampa Sola 700	ARZD-0224	<b>2008.</b>
4	Operaciona lampa Sola 700	ARZD-0228	<b>2008.</b>
5	Operaciona lampa Sola 700	ARZD-0230	<b>2008.</b>
6	Operaciona lampa Sola 700	ARZD-0225	<b>2008.</b>
7	Operaciona lampa Sola 700	ARZD-0229	<b>2008.</b>
8	Operaciona lampa Sola 700	ARZD-0232	<b>2008.</b>
9	Operaciona lampa Sola 700	ARZD-0226	<b>2008.</b>

<b>Klinika za vaskularnu hirurgiju</b>			
1	Operaciona lampa Polaris 600	ASLM 0126	<b>2018</b>
2	Operaciona lampa Polaris 600	ASLM 0127	<b>2018</b>
3	Operaciona lampa Polaris 600	ASLM 0128	<b>2018</b>

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: \_\_\_\_\_

Адреса и седиште: \_\_\_\_\_

ПИБ број: \_\_\_\_\_

Број понуде: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

**Предмет: Образац структуре цена за услуге одржавања - медицинске опреме, произвођача Drager Medical**

Ред. број	НАЗИВ	Попуњава понуђач						
		Јединична цена (динара без ПДВ-а)	Сви трошкови који чине укупну цену	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	укупна цена без ПДВ-а	износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цена сервисног радног сата							
2	Укупна јединична цена свих сервисних интервенција							
3	Укупна јединична цена свих резервних делова							
4	Укупна цена превентивног одржавања (обухвата збирно укупну цену радова и сетова).							

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси тражене податке.

Потпис овлашћеног лица

понуђача

---

 име и презиме

## ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Предмет:	Трошак израде понуде са обрачунатим ПДВ-ом

**Објашњење:** У табелу је потребно унети све трошкове које сте имали приликом припремања понуде у складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама.

Предмет: **ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

На основу **Закона о јавним набавкама** («Службени гласник Републике Србије», бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда примљеном од стране Клиничког центра Србије, за набавку

**Услуге одржавања - медицинске опреме, произвођача Drager Medical  
јавна набавка број T286/2020**

изјављујемо да ћемо приликом потписивања уговора доставити НАРУЧИОЦУ финансијску гаранцију за добро извршење посла, финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, као и финансијску гаранцију у сврху наплате уговорне казне и то у виду:

1. Менице са меничним овлашћењем;

**НАПОМЕНА: У складу са Законом о изменама и допунама Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.31/2011.год.) менице које доспевају на наплату након 01.06.2012.године треба да се региструју у Регистар НБС.**

- картон депонованих потписа мора бити потписан од стране овлашћеног лица од стране банке са датумом после дана објављивања позива за подношење понуда

У ..... , ..... 2020. године

Потпис овлашћеног лица

понуђача

\_\_\_\_\_  
име и презиме



# ЛОГО ПОНУЂАЧА

На основу **Закона о меници** ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65,54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96), издајемо :

## МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо бланко меницу следећих идентификационих ознака:

\_\_\_/\_\_\_/ ; □□□□□□□□□□ ,

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

### Услуге одржавања - медицинске опреме, произвођача Drager Medical јавна набавка број T286/2020

Овлашћујемо КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од \_\_\_\_\_ РСД ,  
словима: ( \_\_\_\_\_ )

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна:

Текући рачун број:

Код:

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Клиничком центру Србије на текући рачун бр. 840-667667-80.

Услови меничне обавезе:

1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару понуде (Образац бр.3 конкурсне документације)
2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише или одбије да потпише формулар уговора, или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију наведену у понуди према одребама Закона о јавним набавкама.
3. Менична обавеза важи до истека рока од 30 (тридесет) дана од дана истека рока важења понуде.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача:

На основу:

члана 84. и 85. Закона о јавним набавкама Републике Србије, комисија за јавну набавку је донела:

## О Д Л У К У

### О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА за доделу уговора у поступку јавне набавке

**Услуге одржавања - медицинске опреме, произвођача Drager Medical**

**Број јавне набавке: T286/2020**

**Укупна процењена вредност: 7.000.000,00 динара**

**I. Критеријум за избор најповољније понуде је: економски најповољнија понуда**

Утврђују се критеријуми за избор најповољније понуде:

Редни број	Елемент	Пондер
1	Понуђена цена	100
<b>СВЕГА:</b>		<b>100</b>

**II. Методологија примене критеријума наведених у табели под тачком I:**

**1. ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА: ПОНУЂЕНА ЦЕНА 100 ПОНДЕРА**

**1.1. Подкритеријум: Радни сат за извршене услуге ..... 15 пондера**

Бодовање:

Број пондера се рачуна по обрасцу:

Најнижа цена радног сата  
међу свим понуђачима

Број пондера = ----- x 15 пондера

Цена радног сата  
посматраног понуђача

**1.2. Подкритеријум: Цена сервисних интервенција ..... 10 пондера**

Објашњење:

Попуњавањем у прилогу 3. датог обрасца, понуђач даје јединичну цену за све тражене описе сервисирања (мањег и већег обима) апарата. Сабирањем датих јединичних цена за све наведене типове апарата, формира се укупна цена сервисних интервенција.

Бодовање:

Број пондера се рачуна по обрасцу:

Најнижа укупна цена сервисних интервенција  
међу свим понуђачима

Број пондера = ----- x 10 пондера

Укупна цена сервисних интервенција  
посматраног понуђача

### 1.3. Подкритеријум: Укупна цена резервних делова ..... 25 пондера

#### Објашњење:

Попуњавањем у прилогу 3. датог обрасца, понуђач даје јединичну цену за све тражене резервне делове по типовима апарата. Сабирањем датих цена за све наведене типове апарата, формира се укупна цена резервних делова.

#### Бодовање:

Број пондера се рачуна по обрасцу:

$$\text{Број пондера} = \frac{\text{Најнижа укупна цена резервних делова међу свим понуђачима}}{\text{Укупна цена резервних делова посматраног понуђача}} \times 25 \text{ пондера}$$

### 1.4. Подкритеријум: Цена превентивног одржавања (инспекције) ..... 50 пондера

#### Објашњење:

Попуњавањем у прилогу 3. обрасца понуде, понуђач даје јединичне цене за специфициране радове превентивног одржавања по типовима апарата. Сабирањем датих цена за наведене типове апарата, формира се **укупна цена (прилог бр. 3 став 4.1.)**.

#### Бодовање:

Број пондера се рачуна по обрасцу:

$$\text{Број пондера} = \frac{\text{Најнижа укупна цена превентивног одржавања међу свим понуђачима}}{\text{Укупна цена превентивног одржавања посматраног понуђача}} \times 50 \text{ пондера}$$

У случају да два или више понуђача остваре једнак број пондера, предност ће имати онај понуђач који понуди дужи гарантни рок на уграђене резервне делове.

У случају да применом резервног критеријума наручилац не може да донесе одлуку о додели уговора, Одлука о додели уговора ће се донети жребом.