



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 06.02.2020.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Услуге одржавања - УЗВ апарати, произвођача Siemens**

**Број јавне набавке ТМ14/2020**

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на Захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

**Питање:**

- У прилогу бр.3 наведена је потребна листа резервних делова и количине за обавезан лагер. Вредност минималне количине резервних делова које сте захтевали у тендеру износи 3.570.000,00 РСД, а при томе вредност предметне јавне набавке је само 400.000,00 РСД. Постоји веома велика могућност да се већина ових делова никада не искористи и да им при томе истекне фабрички гарантни рок, што узрокује непотребну материјалну штету компанији (потенцијални понуђач), а Клиничком центру Србије никакву корист. (потенцијални понуђач) по преузимању резервних делова мора исплатити њихову целокупну вредност фабрици у Немачкој и истог момента креће да важи гарантни рок од 6 месеци. Достава делова из иностранства до сада није била проблематична ни када су комплекснији апарати били у питању, тако да инсистирање на обавезном броју резервних делова сматрамо несврхисходним, имајући у виду вредност предмета јавне набавке и вредност лагера који тражите. Одлука да се инсистира на пуној цени делова без могућности добијања попушта при враћању неисправних делова, РЕР цена, нам је такође нејасна, јер се ради како о новим тако и о репарираним деловима који подлежу истом гарантном року као и они плаћени по пуној цени. Овим поступком се кориснику ускраћује могућност да до резервних делова дође са знатно мањом ценом што би требало да буде сврха сваке јавне набавке у здравству. Враћањем дефектних резервних делова у Немачку и њиховом репарацијом не продукује се додатни отпад који би остао на територији Србије, штити се животна средина у Европи и не стварају се непотребни трошкови. На крају, контрола квалитета производног процеса не прави разлику између нових и репарираних резервних делова. Све ово вам је сигурно одлично познато и то је пракса која се користи у јавним набавкама за одржавање друге Siemens опреме у Клиничком центру Србије. Молимо вас да о горе поменути примедбама размислите и промените конкурсну документацију, како би смо били у могућности да учествујемо у јавној набавци. У супротном, бићемо принуђени да упутимо Захтев за заштиту права.

**Одговор:**

- Наручилац ће изменити конкурсну документацију у прилогу бр. 3 тако што ће укинути лагер за одређене позиције.
- Могуће је дан нам се РЕР цене (које подразумевају враћање неисправних резервних делова) понуде у оквиру клаузуле дате у прилогу бр. 3 (понуда) под тачком 4 – остале погодности и попусти које нуди понуђач, са табеларним приказом нижих цена у РЕР варијанти, у односу на пуне цене.

**Клинички центар Србије  
КОМИСИЈА**